



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO DE SAÚDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS**  
**CNPJ: 08.857.731/0001-60**

|   |                         |
|---|-------------------------|
| <b>COMUNICAÇÃO INTERNA</b>  | Nº 056/2022             |
| <b>DE:</b> Gabinete Secretaria de Saúde   | <b>DATA:</b> 08/07/2022 |
| <b>PARA:</b> Pregoeira Mariana de Souza Fernandes   |                         |
| <b>ASSUNTO:</b> impugnação do processo 63/2022  |                         |
| <p style="text-align: center;"><b>Prezada</b></p> <p>Venho por meio desta informar sobre a impugnação referente ao processo licitatório no. 63/2022 pregão presencial para registro de preço no. 63/2022.</p> <p><b>FUFA</b><br/>Quanto a amostra de sangue:<br/>Com referência ao tamanho da amostra de sangue, o órgão decidiu exigir volume máximo de amostra de sangue de 0,5 microlitros, destacando como primordial a punção de uma única amostra de sangue do usuário. Fazemos isso com intuito de favorecer os insulínicos do Município, que em sua maioria utilizam em seu ambiente domiciliar, sem auxílio de um profissional técnico, o que pode interferir na quantidade de sangue coletado. Deste modo, a necessidade de uma quantidade mínima possível de sangue para a medida de glicemia.<br/>Seguindo que menciona o Doutor Carlos Negrato (coordenador de Departamento de Diabetes Gestacionais da SBD) através do site <a href="https://w.w.w.diabetes.org.br">https://w.w.w.diabetes.org.br</a>. "Tiras que necessitam de uma amostra maior de sangue tem menos acurácia devido a possibilidade de não se alcançar o volume adequado para cobertura completa da superfície reagente,</p> <p>Quanto a bateria<br/>Quanto a bateria única também pensando em nossos Municípios, se faz necessário esse tipo de bateria, pois é opção deste Município possuir esta em estoque para quando o insulínico precisar efetuar a troca imediatamente seja efetuada, sendo que a solicitação da substituição causa uma falta de rapidez e ainda mais grave acaba deixando o usuário sem poder utilizar o aparelho durante o período de reposição.<br/><b>INDEFERIDO</b></p> <p><b>SOMA</b><br/>Com referência ao tamanho da amostra de sangue, o órgão decidiu exigir volume máximo de amostra de sangue de 0,5 microlitros, destacando como primordial a punção de uma única amostra de sangue do usuário. Seguindo o que menciona o Doutor Carlos Negrato (coordenador de Departamento de Diabetes Gestacionais da SBD) através do site <a href="https://w.w.w.diabetes.org.br">https://w.w.w.diabetes.org.br</a>. "Tiras que necessitam de uma amostra maior de sangue tem menos acurácia devido a possibilidade de não se alcançar o volume adequado para cobertura completa da superfície reagente"<br/>Quanto ao descritivo mencionado de licitação anterior a esta, temos a informar que após a publicação do parecer do departamento de Diabetes (acima mencionado) optamos por alterar o referido descritivo.<br/><b>INDEFERIDO</b></p> <p>Governador Celso Ramos SC, 08 de julho de 2022</p> <p style="text-align: center;"><b>Gabriela Callado</b><br/>Enfermeira.</p> <p style="text-align: right;"><br/>Gabriela Callado<br/>Enfermeira<br/>COREN-SC 34667</p> |                         |