





COMUNICAÇÃO INTERNA	Nº 105/2022
DE: Secretaria de Saúde	DATA: 17/11/2022
PARA: Empresa SOMA .SC HOSPITALAR	
ASSUNTO: Amostra tira de glicemia Active reprovada	
<p>Venho por meio desta, encaminhar a vossa senhoria que a Empresa SOMA HOSPITALAR, não compareceu no ato do análise datada para o dia 17 de novembro de 2022, horário no qual estava marcado conforme publicação no site da Prefeitura Municipal de Governador Celso Ramos-SC. para 15:30 e foi aguardo até às 16:00 e não compareceu ,diante disso foi feito o análise pela enfermeira Gabriela Callado e a equipe técnica de saúde, o produto avaliado "Tira de glicemia Active" Monitor Active, do item 1/2 marca Roche encontra-se reprovado. Foi constatado que há contaminação de sangue dentro do aparelho.</p> <p>Sem mais para o momento, apresento votos de consideração e apreço</p> <p>Atenciosamente,</p> <p> GABRIELA CALLADO Enfermeira</p> <p> GABRIEL RUAN DUARTE Secretário de Saúde</p>	