



COMUNICAÇÃO INTERNA	Nº 109/2022
DE: Secretaria de Saúde	DATA: 28/11/2022
PARA: SETOR DE LICITAÇÃO	
ASSUNTO: Pregão 089/2022 Tira de teste	

Prezada Pregoeira, Mariana de Souza Fernandes

Não há o que se questionar referente à análise publicada, a própria licitante deixa claro em seu recurso que tem um modo específico, indicado a profissionais da saúde, de se evitar contaminação no aparelho, porém este aparelho não é utilizado apenas nas unidades de saúde, impossibilitando que se controle o modo de uso do paciente e não podemos colocar os munícipes em risco de ocorrer alguma contaminação. No catálogo do produto utilizado como argumento está descrito dois modos diferentes de utilização do produto, o primeiro dentro do aparelho a qual deixa claro que é o modo mais seguro por possuir menos etapas.

apenas 5 segundos. Esse procedimento confere simplicidade ao manuseio e maior segurança, pois, como já foi ressaltado, menor número de etapas significa **menor possibilidade de erros humanos.**



Em seguida quando da explicação do modo de utilização da tira fora do aparelho é onde demonstra o risco de contaminação, mostrado também no momento do recurso e confirmado no momento da análise da amostra apresentada.

Esse procedimento opcional oferece maior segurança em algumas situações, como, por exemplo, na coleta de sangue neonatal em incubadoras, **pois diminui o risco de contaminações cruzadas.**

Como o próprio documento da marca deixa claro, o modo mais seguro de se fazer o procedimento é o que possui menos etapas, não podemos garantir que uma pessoa idosa e sem conhecimento técnico irá proceder igual um profissional habilitado no momento do teste.

Acrescento que a empresa Roche que possui sim produto que atende na íntegra o descritivo e insiste em cotar um produto que foi deixado claro que não seria aceito, conforme edital consta que seria verificado em relação à contaminação por sangue. A marca possui uma gama variada de produtos para oferecer.



Gabriel Ruan Duarte
Secretário de Saúde

Atenciosamente:
Gabriela Callado.
Enfermeira

CÓPIA

RECEBIDO

Data: / /