



Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TIRAS TESTES/FITA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICEMIA DE SANGUE PARA ATENDER A SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC.

RESULTADO DO LAUDO DAS AMOSTRAS REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL 89/2022

ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	EMPRESA	ANALISE	RESULTADO	RESULTADO
01	<p>Tiras teste/fita reagente para dosagem de glicemia de sangue capilar em neonatos, crianças, adultos e gestantes, por metodologia de aspiração capilar, faixa de leitura entre 20 (com possível variação de 10mg/dl a maior ou menor) a 600 mg/dl, para uso em glicosímetro fotométrico ou amperométrico. Resultado de exame em até 5 segundos, volume de amostra de sangue de 0,2 a 2 microlitros.</p> <p>Temperatura de atuação a partir de 5° C, (com possível variação de 3° C a maior ou menor).</p> <p>Capacidade de transferência dos dados para software de gerenciamento de dados glicêmicos. Caixa com 50 unidades. Devendo a empresa fornecer em comodato 1.200 unidades de glicosímetros junto a primeira solicitação, independente da</p>	<p>EMPRESA: TRADE MEDICAL COM.DE MATERIAS HOSPITALARES LTDA.</p>	<p>ESPECIFICAÇÕES EM CONFORMIDADE COM O EDITAL</p>	<p>APROVADO</p>	<p>APROVADO</p>



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

	<p>aquisição de qualquer quantidade tiras/fitas. Aparelhos alimentados por bateria unica de litio. <u>Apresentar junto a proposta registro do ms. Apresentar junto a proposta prospecto contendo todas as especificações exigidas acima.</u></p> <p>O vencedor deverá apresentar amostra conforme o edital. Na amostra serão analisados diversos pontos, inclusive em relação a real possibilidade de contaminação.</p> <p>OBSERVAÇÕES: Na assinatura da Ata de Registro de Preços deverá a vencedora apresentar documentação emitida pelo detentor do registro na ANVISA que comprove ter profissional da saúde apto e autorizado a dar treinamento para a equipe técnica da Saúde no município de Governador Celso Ramos</p>				
02	<p>Tiras teste/fita reagente para dosagem de glicemia de sangue capilar em neonatos, crianças, adultos e gestantes, por metodologia de aspiração capilar, faixa de leitura entre 20 (com possível variação de 10mg/dl a maior ou menor) a 600 mg/dl, para uso em glicosímetro fotométrico ou amperométrico. Resultado de exame</p>				



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

<p>em até 5 segundos, volume de amostra de sangue de 0,2 a 2 microlitros.</p> <p>Temperatura de atuação a partir de 5° C, (com possível variação de 3° C a maior ou menor).</p> <p>Capacidade de transferência dos dados para software de gerenciamento de dados glicêmicos. Caixa com 50 unidades. Devendo a empresa fornecer em comodato 1.200 unidades de glicosímetros junto a primeira solicitação, independente da aquisição de qualquer quantidade tiras/fitas. Aparelhos alimentados por bateria unica de litio.</p> <p><u>Apresentar junto a proposta registro do ms.</u> <u>Apresentar junto a proposta prospecto contendo todas as especificações exigidas acima.</u></p> <p>O vencedor deverá apresentar amostra conforme o edital. Na amostra serão analisados diversos pontos, inclusive em relação a real possibilidade de contaminação.</p> <p>OBSERVAÇÕES: Na assinatura da Ata de Registro de Preços deverá a vencedora apresentar documentação emitida pelo detentor do registro na ANVISA que comprove ter profissional da saúde apto e autorizado a dar</p>	<p>EMPRESA: AMG HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA</p>	<p>ESPECIFICAÇÕES EM CONFORMIDADE COM O EDITAL</p>	<p>APROVADO</p>	<p>APROVADO</p>
---	---	---	------------------------	------------------------



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

treinamento para a equipe técnica da Saúde no município de Governador Celso Ramos				
---	--	--	--	--

Governador Celso Ramos, 10 de fevereiro de 2023.

Mariana de Souza Fernandes
MARIANA DE SOUZA FERNANDES
PREGOEIRA