

EMPRESA - SAÚDE IMPERIAL

Lote	Item	Descrição	AMOSTRA	DOC TÉCNICO	OBS
LOTE 1 - COTA PRINCIPAL	1	Agulha 13x4,5 cx c/ 100. Apresentar Certificação INMETRO e registro MS.		OK	EMPRESA CLASSIFICADA
	2	Agulha 20x5,5 cx c/ 100. Apresentar Certificação INMETRO e registro MS.		OK	
	3	Agulha 25x6,0 cx c/ 100. Apresentar Certificação INMETRO e registro MS.		OK	
	4	Agulha 25x7,0 cx c/ 100. Apresentar Certificação INMETRO e registro MS.		OK	
	5	Agulha 25x8,0 cx c/ 100. Apresentar Certificação INMETRO e registro MS.		OK	
	6	Agulha 25x12 hipodérmica descartável. Desenvolvidas para aspiração de soluções; Bisel simples e ponta romba (reduz riscos de acidentes conforme NR32); Siliconada; Com filtro de 5 microns que retém impurezas, partículas de vidro e borracha; Canhão que permite acoplamento nas seringas luer slip e luer lock, obedecendo ao código universal de cores; Translúcida; Uso único; Apirogenica. Caixa com 100 unidades. Apresentar junto a proposta registro ms. Amostra.	APROVADO	OK	
	7	Agulha 30x7,0 cx c/ 100. Apresentar Certificação INMETRO e registro MS.		OK	
	8	Agulha 30x8,0 cx c/ 100. Apresentar Certificação INMETRO e registro MS.		OK	
	9	Agulha 40x12,0 cx c/ 100. Apresentar Certificação INMETRO e registro MS.		OK	
	10	Lanceta automática descartável conforme NR32, agulha em aço inox para obtenção de sangue capilar, retrátil, estéril, com agulha siliconizada, ponta trifacetada, com diâmetro de 28g, disparada através de contato (sem botão de acionamento), com dispositivo de segurança, que impeça o reuso e provida de lacre, com qualquer profundidade até 1,6mm de penetração. Embalagem contendo dados de identificação do produto, número de lote, tipo de esterilização, data de fabricação/ validade e registro no ms/ANVISA. Apresentar amostra e prospecto.	APROVADO	OK	

EMPRESA - MEEDFE

Lote	Item	Descrição	AMOSTRA	DOC TÉCNICO	OBS
LOTE 2 - COTA PRINCIPAL	11	Atadura de crepom tipo II, 18 fios 06x1,80 - com no mínimo 90% algodão, cor natural, bordas bem acabadas, elasticidade adequada uniformemente enroladas, isenta de quaisquer defeitos, pcte c/12. Apresentar registro no MS e amostra atendendo na íntegra a abnt nbr 14055 e 14056.	NÃO APRESENTOU AMOSTRA		EMPRESA DESCCLASSIFICADA CONVOCAR: SAÚDE IMPERIAL
	12	Atadura de crepom tipo II, 18 fios 08x1,80 - com no mínimo 90% algodão, cor natural, bordas bem acabadas, elasticidade adequada uniformemente enroladas, isenta de quaisquer defeitos, pcte c/12. Apresentar registro no MS e amostra atendendo na íntegra a abnt nbr 14055 e 14056.	REPROVADO Marca diferente da cotada Ludan - Perola Peso Inferior ABNT		
	13	Atadura de crepom tipo II, 18 fios 10x1,80 - com no mínimo 90% algodão, cor natural, bordas bem acabadas, elasticidade adequada uniformemente enroladas, isenta de quaisquer defeitos, pcte c/12. Apresentar registro no MS e amostra atendendo na íntegra a abnt nbr 14055 e 14056.	NÃO APRESENTOU AMOSTRA		
	14	Atadura de crepom tipo II, 18 fios 12x1,80 - com no mínimo 90% algodão, cor natural, bordas bem acabadas, elasticidade adequada uniformemente enroladas, isenta de quaisquer defeitos, pcte c/12. Apresentar registro no MS e amostra atendendo na íntegra a abnt nbr 14055 e 14056.	NÃO APRESENTOU AMOSTRA		

Lote	Item	Descrição	AMOSTRA	DOC TÉCNICO	OBS
	15	Atadura de crepom tipo II, 18 fios 15x1,80 - com no mínimo 90% algodão, cor natural, bordas bem acabadas, elasticidade adequada uniformemente enroladas, isenta de quaisquer defeitos, pcte c/12. Apresentar registro no MS e amostra atendendo na íntegra a abnt nbr 14055 e 14056.	NÃO APRESENTOU AMOSTRA		SAÚDE IMPERIAL
	16	Atadura de crepom tipo II, 18 fios 20x1,80 - com no mínimo 90% algodão, cor natural, bordas bem acabadas, elasticidade adequada uniformemente enroladas, isenta de quaisquer defeitos, pcte c/12. Apresentar registro no MS e amostra atendendo na íntegra a abnt nbr 14055 e 14056.	REPROVADO Marca diferente da cotada Ludan - Perola Peso Inferior ABNT		
	17	Atadura de crepom tipo II, 18 fios 25x1,80 - com no mínimo 90% algodão, cor natural, bordas bem acabadas, elasticidade adequada uniformemente enroladas, isenta de quaisquer defeitos, pcte c/12. Apresentar registro no MS, amostra atendendo na íntegra a abnt nbr 14055 e 14056.	NÃO APRESENTOU AMOSTRA		

EMPRESA - FENIX

Lote	Item	Descrição	AMOSTRA	DOC TÉCNICO	OBS
LOTE 3 - COTA PRINCIPAL	19	Compressa de gaze (tipo queijo) em rolo, medindo 91cm x 91 m, com 13 fios por cm ² , não estéril, confeccionada em tecido 100% algodão, 04 dobras, 08 camadas, com trama fechada, textura uniforme, adequada, alvejada e hidrofílica, isenta de resíduos, manchas, falhas, devem ser branqueadas, purificadas, isenta de alvejante óptico e amido, possuir ph com intervalo entre 5,0 e 8,0 apresentar hidrofílicidade menor ou igual a 15 segundos, sem filamento radiopaco, atendendo na íntegra as normas abnt nbr 14.108. Apresentar amostra, registro no ministério da saúde.	NÃO APRESENTOU AMOSTRA		EMPRESA DESCLASSIFICADA CONVOCAR: SAÚDE IMPERIAL
	20	Compressa de gaze 10x10 constituída de tecido 100% algodão, com densidade de 13 fios por cm ² , 20 cm x 40cm, quando aberta, com 5 dobras e 8 camadas de modo a medir 10x10cm quando dobrada, 985g por pacote, com as bordas voltadas para a parte interna e sem fios soltos. A compressa deverá ter boa capacidade de absorção, e macia, isenta de impurezas, amido, alvejantes ópticos, ou substâncias alergênicas, não estéril. Com selagem eficiente que garante a integridade do produto até o momento de sua utilização, permite a abertura e transferência com técnica asséptica. Abnt nbr13843. Apresentar amostra, registro no ministério da saúde.	NÃO APRESENTOU AMOSTRA		
	21	Compressa de gaze 7,5 x 7,5, 8 camadas, 5 dobras, 13 fios, 100% algodão, quando aberta medir 15x30cm e fechada 7,5x7,5 cm, não esteril pacote com 500 unidades, atendendo na íntegra as normas abnt nbr 13843, isenta de amido, Apresentar amostra, registro no MS.	NÃO APRESENTOU AMOSTRA		

EMPRESA - SAÚDE IMPERIAL

Lote	Item	Descrição	AMOSTRA	DOC TÉCNICO	OBS
	32	Agulha 13x4,5 cx c/ 100. Apresentar Certificação INMETRO e registro MS.		OK	
	33	Agulha 20x5,5 cx c/ 100. Apresentar Certificação INMETRO e registro MS.		OK	
	34	Agulha 25x6,0 cx c/ 100. Apresentar Certificação INMETRO e registro MS.		OK	
	35	Agulha 25x7,0 cx c/ 100. Apresentar Certificação INMETRO e registro MS.		OK	
	36	Agulha 25x8,0 cx c/ 100. Apresentar Certificação INMETRO e registro MS.		OK	

Lote	Item	Descrição	AMOSTRA	DOC TÉCNICO	OBS
LOTE 6 - COTA RESERVADA 25% ME/EPP	37	Agulha 25x12 hipodérmica descartável. Desenvolvidas para aspiração de soluções; Bisel simples e ponta romba (reduz riscos de acidentes conforme NR32); Siliconada; Com filtro de 5 microns que retém impurezas, partículas de vidro e borracha; Canhão que permite acoplamento nas seringas luer slip e luer lock, obedecendo ao código universal de cores; Translúcida; Uso único; Apirogenica. Caixa com 100 unidades. Apresentar junto a proposta registro ms. Amostra.	APROVADO	OK	EMPRESA CLASSIFICADA
	38	Agulha 30x7,0 cx c/ 100. Apresentar Certificação INMETRO e registro MS.		OK	
	39	Agulha 30x8,0 cx c/ 100. Apresentar Certificação INMETRO e registro MS.		OK	
	40	Agulha 40x12,0 cx c/ 100. Apresentar Certificação INMETRO e registro MS.		OK	
	41	Lanceta automática descartável conforme NR32, agulha em aço inox para obtenção de sangue capilar, retrátil, estéril, com agulha siliconada, ponta trifacetada, com diâmetro de 28g, disparada através de contato (sem botão de acionamento), com dispositivo de segurança, que impeça o reuso e provida de lacre, com qualquer profundidade até 1,6mm de penetração. Embalagem contendo dados de identificação do produto, número de lote, tipo de esterilização, data de fabricação/ validade e registro no ms/ANVISA. Apresentar amostra e prospecto.	APROVADO	OK	

EMPRESA - SAÚDE IMPERIAL

Lote	Item	Descrição	AMOSTRA	DOC TÉCNICO	OBS
LOTE 7 - COTA RESERVADA 25% ME/EPP	42	Atadura de crepom tipo II, 18 fios 06x1,80 - com no mínimo 90% algodão, cor natural, bordas bem acabadas, elasticidade adequada uniformemente enroladas, isenta de quaisquer defeitos, pcte c/12. Apresentar registro no MS e amostra atendendo na íntegra a abnt nbr 14055 e 14056.	APROVADO	OK	EMPRESA CLASSIFICADA
	43	Atadura de crepom tipo II, 18 fios 08x1,80 - com no mínimo 90% algodão, cor natural, bordas bem acabadas, elasticidade adequada uniformemente enroladas, isenta de quaisquer defeitos, pcte c/12. Apresentar registro no MS e amostra atendendo na íntegra a abnt nbr 14055 e 14056.	APROVADO	OK	
	44	Atadura de crepom tipo II, 18 fios 10x1,80 - com no mínimo 90% algodão, cor natural, bordas bem acabadas, elasticidade adequada uniformemente enroladas, isenta de quaisquer defeitos, pcte c/12. Apresentar registro no MS e amostra atendendo na íntegra a abnt nbr 14055 e 14056.	APROVADO	OK	
	45	Atadura de crepom tipo II, 18 fios 12x1,80 - com no mínimo 90% algodão, cor natural, bordas bem acabadas, elasticidade adequada uniformemente enroladas, isenta de quaisquer defeitos, pcte c/12. Apresentar registro no MS e amostra atendendo na íntegra a abnt nbr 14055 e 14056.	APROVADO	OK	
	46	Atadura de crepom tipo II, 18 fios 15x1,80 - com no mínimo 90% algodão, cor natural, bordas bem acabadas, elasticidade adequada uniformemente enroladas, isenta de quaisquer defeitos, pcte c/12. Apresentar registro no MS e amostra atendendo na íntegra a abnt nbr 14055 e 14056.	APROVADO	OK	
	47	Atadura de crepom tipo II, 18 fios 20x1,80 - com no mínimo 90% algodão, cor natural, bordas bem acabadas, elasticidade adequada uniformemente enroladas, isenta de quaisquer defeitos, pcte c/12. Apresentar registro no MS e amostra atendendo na íntegra a abnt nbr 14055 e 14056.	APROVADO	OK	
	48	Atadura de crepom tipo II, 18 fios 25x1,80 - com no mínimo 90% algodão, cor natural, bordas bem acabadas, elasticidade adequada uniformemente enroladas, isenta de quaisquer defeitos, pcte c/12. Apresentar registro no MS, amostra atendendo na íntegra a abnt nbr 14055 e 14056.	APROVADO	OK	

Lote	Item	Descrição	AMOSTRA	DOC TÉCNICO	OBS
EMPRESA - SAÚDE IMPERIAL					
Lote	Item	Descrição	AMOSTRA	DOC TÉCNICO	OBS
LOTE 8 - COTA RESERVADA 25% ME/EPP	50	Compressa de gaze (tipo queijo) em rolo, medindo 91cm x 91 m, com 13 fios por cm², não estéril, confeccionada em tecido 100% algodão, 04 dobras, 08 camadas, com trama fechada, textura uniforme, adequada, alvejada e hidrofiliada, isenta de resíduos, manchas, falhas, devem ser branqueadas, purificadas, isenta de alvejante óptico e amido, possuir ph com intervalo entre 5,0 e 8,0 apresentar hidrofiliada menor ou igual a 15 segundos, sem filamento radiopaco, atendendo na integra as normas abnt nbr 14.108. Apresentar amostra, registro no ministerio da saude	APROVADO	OK	EMPRESA CLASSIFICADA
	51	Compressa de gaze 10x10 constituída de tecido 100% algodão, com densidade de 13 fios por cm2, 20 cm x 40cm, quando aberta, com 5 dobras e 8 camadas de modo a medir 10x10cm quando dobrada, 985g por pacote, com as bordas voltadas para a parte interna e sem fios soltos. A compressa deverá ter boa capacidade de absorção, e macia, isenta de impurezas, amido, alvejantes ópticos, ou substancias alergênicas, não estéril. Com selagem eficiente que garante a integridade do produto até o momento de sua utilização, permite a abertura e transferência com técnica asséptica. Abnt nbr13843. Apresentar amostra, registro no ministerio da saude.	APROVADO	OK	
	52	Compressa de gaze 7,5 x 7,5, 8 camadas, 5 dobras, 13 fios, 100% algodão, quando aberta medir 15x30cm e fechada 7,5x7,5 cm, não esteril pacote com 500 unidades, atendendo na integra as normas abnt nbr 13843, isenta de amido, Apresentar amostra, registro no MS.	APROVADO	OK	
EMPRESA - SAÚDE IMPERIAL					
Lote	Item	Descrição	AMOSTRA	DOC TÉCNICO	OBS
LOTE 11 - COTA EXCLUSIVA ME/EPP	63	Abaixador de Língua embalagem individual. Descartável. Acabamento perfeito. Em formato de espátula. Medindo aproximadamente: Comprimento 14cm, Largura 1,4cm, Espessura 2,0mm. Pacote com 100 unidades. Apresentar amostra.	APROVADO		EMPRESA CLASSIFICADA
	64	Abaixador de língua, espátula em plástico, descartável, superfície e bordas perfeitamente acabadas, espessura uniforme em toda a sua extensão, colorido com sabor e aroma de tutti- fruti e tema infantil de bichinhos, embalado em pacote com 40 peças, cada peça encapada ou embalada individualmente. Registro no ms e amostra.	APROVADO	OK	
EMPRESA - SAÚDE IMPERIAL					
Lote	Item	Descrição	AMOSTRA	DOC TÉCNICO	OBS
LOTE 13 - COTA EXCLUSIVA ME/EPP	68	Loção oleosa à base de A.G.E. (Ácidos Graxos Essenciais). Embalagem 200ml. Com vitaminas A e E. Composição: Ácido Cáprico, Ácido Caprílico, Ácido Capróico, Ácido Láurico, Ácido Linoléico, Lecitina, Palmitato de Retinol, Acetato de Tocoferol e Alfa-Tocoferol, óleo de girassol, óleo de copaíba, ótima absorção, fácil de espalhar. Embalagem plástica, rotulada com a identificação do produto, prazo de validade, número do lote, registro/notificação no Ministério Saúde, instruções e cuidados na utilização. Possuir e apresentar junto a proposta cópia impressa do registro na ANVISA, afe do fabricante e bula.		OK	EMPRESA CLASSIFICADA
EMPRESA - SAÚDE IMPERIAL					
Lote	Item	Descrição	AMOSTRA	DOC TÉCNICO	OBS

Lote	Item	Descrição	AMOSTRA	DOC TÉCNICO	OBS
LOTE 38 - COTA EXCLUSIVA ME/EPP	139	Oxímetro de Pulso automático, ABS ultrapolido e de alta resistência; com display de LCD colorido de 4"; Apresenta 4 sinais vitais: SpO2 (amplitude e curva), pulso (frequência cardíaca), índice de perfusão. Para pacientes adulto, pediátrico e neonatal. Utiliza tecnologia de oximetria própria (Tecnologia Hi Technologies). Efetua leitura de oximetria em pacientes com baixa perfusão e movimentos excessivos com alta tecnologia. Tela/interface com 3 opções de idiomas (Português, Espanhol e Inglês). Resolução de 1 dígito; faixa de medida de SpO2: 0-100%; faixa de medida de pulso (frequência cardíaca): 0 a 300bpm; índice de perfusão de 0,02-20; precisão do SpO2 na faixa de 70 a 100%: +-2%; precisão do SpO2 na faixa de 70 a 100% (em movimento): +3% ; precisão de 20 a 100bpm: +/- 2bpm; precisão de 101 a 250bpm: +-2%. Indica na tela a qualidade do sinal, bateria fraca, equipamento ligado, bateria carregando, bateria com carga, ligado à rede elétrica. Tempo de estabilização de 8 segundos após colocação do sensor; Tecla para silenciamento de alarmes; Alarmes: visual e sonoro, com possibilidade de ajuste tanto automático quanto manual pelo operador para todos os parâmetros. Com indicação de sensor desconectado, sem sensor, sensor quebrado, alarme desativado, entre outros. Tela com brilho ajustável e opção de modo noturno. Volume ajustável. Tela sensível ao toque (touchscreen); Alimentação Elétrica: Entrada 110/220 automático com o plugue compatível na NBR 14136, 60Hz e bateria interna recarregável com autonomia com duração de 12 até 38 horas. Acessórios: 1 (um) sensor reutilizável adulto com 2,5 M; 1 (um) manual de usuário em português. Apresentar registro na ANVISA.		OK	EMPRESA CLASSIFICADA

EMPRESA - SAÚDE IMPERIAL

Lote	Item	Descrição	AMOSTRA	DOC TÉCNICO	OBS
LOTE 40 - COTA EXCLUSIVA ME/EPP	143	Esparadrapo 10x4,5 metros em tecido de algodão impermeavel, branco, com adesivo uniformemente distribuido, isento de latex e substancias alergenicass, com boa aderencia, de facil remoção sem deixar residuos na pele, com borda bem acabada e que proporcione facilidade de corte manual. Enrolado de maneira uniforme em carretel plastico protegido porcilindro. Apresentar amostra, Registro no MS.	APROVADO	OK	EMPRESA CLASSIFICADA
	144	Esparadrapo 5x4,5 metros em tecido de algodão impermeavel, branco, com adesivo uniformemente distribuido, isento de latex e substancias alergenicass, com boa aderencia, de facil remoção sem deixar residuos na pele, com borda bem acabada e que proporcione facilidade de corte manual. Enrolado de maneira uniforme em carretel plastico protegido porcilindro. Apresentar amostra, Registro no MS.	APROVADO	OK	
	145	Fita adesiva para uso hospitalar, 16x50 apresentar Registro MS.		OK	
	146	Fita micropore 5x4,5. Apresentar Registro MS.		OK	
	147	Fita teste p/ autoclave 19mm x 30mts. Embalada individualmente. Apresentar junto a proposta laudo original ou em cópia autenticada emitido por laboratório em acordo com ISO 17025:2005 que comprove a isenção de chumbo		OK	

EMPRESA - SAÚDE IMPERIAL

Lote	Item	Descrição	AMOSTRA	DOC TÉCNICO	OBS
	148	Escova ginecologica descartavel estéril tipo pincel citobrush. Pacote c/ 100 unidades. Apresentar amostra.	APROVADO		
	149	Espatula plastica de ayres para coleta ginecologica estéril com 100 unidades. Apresentar amostra.	APROVADO		

Lote	Item	Descrição	AMOSTRA	DOC TÉCNICO	OBS
LOTE 41 - COTA EXCLUSIVA ME/EPP	150	Especulo vaginal descartavel "G" valvas anatomicas de contornos lisos e regulares, semelhantes ao formato dos fornices vaginais. Produzido em poliestireno cristal largura distal 32mm, largura proximal 29mm, eixo 100mm, descartavel, esteril, lubrificado. Dispositivo de abertura (parafuso borboleta) fabricado em poliestireno de alto impacto (psai), pigmentado e indeformavel. Apresentar junto a proposta prospecto. amostra	APROVADO	OK	EMPRESA CLASSIFICADA
	151	Especulo vaginal descartavel "M" valvas anatomicas de contornos lisos e regulares, semelhantes ao formato dos fornices vaginais. Produzido em poliestireno cristal largura distal 28mm, largura proximal 25mm, eixo 90mm, descartavel, esteril, lubrificado. Dispositivo de abertura (parafuso borboleta) fabricado em poliestireno de alto impacto (psai), pigmentado e indeformavel. Apresentar junto a proposta prospecto. amostra	APROVADO	OK	
	152	Especulo vaginal descartavel "P" valvas anatomicas de contornos lisos e regulares, semelhantes ao formato dos fornices vaginais. Produzido em poliestireno cristal largura distal 22mm, largura proximal 22mm, eixo 80mm., descartavel, esteril, lubrificado. Dispositivo de abertura (parafuso borboleta) fabricado em poliestireno de alto impacto (psai), pigmentado e indeformavel. Apresentar junto a proposta prospecto. amostra	APROVADO	OK	
	153	Estojo plastico porta lâmina para 50 lâminas			
	154	Fixador citológico 100 ml			
	155	Lamina ponta fosca, aplicação: para exames de citologia e histologia, material: lamina de vidros, características adicionais: tamanho: 26 x 76mm, espessura:1-1,2mm, unidade de fornecimento: caixa com 50 unidades			
	156	Pinça Cheron descartavel Estéril			

EMPRESA - SAÚDE IMPERIAL

Lote	Item	Descrição	AMOSTRA	DOC TÉCNICO	OBS
LOTE 52 - COTA EXCLUSIVA	201	Seringa 10ml esteril, sem agulha, graduação firme e perfeitamente legível, com ponta conectora tipo luer lock, embolo com pistão com borracha siliconada, deslizante, embalado individualmente conforme normas do ms, com abertura asseptica. Apresentar laudos inmetro. Validade de 5 anos a partir da data de fabricação.		OK	EMPRESA
	202	Seringa 20ml esteril, sem agulha, graduação firme e perfeitamente legível, com ponta conectora tipo luer lock, embolo com pistão com borracha siliconada, deslizante, embalado individualmente conforme normas do ms, com abertura asseptica. Apresentar laudos inmetro. Validade de 5 anos a partir da data de fabricação.		OK	
	203	Seringa de 100UI com agulha 8x0,30 seringa esterilizada com agulha fixa, residual zero; dosagem nítida em unidade insulínica e extremamente precisa uma a uma de fácil leitura e precisão nas dosagens; êmbolo com borracha de ajuste e vedação precisa e extremamente leve; agulha confeccionada em aço inoxidável de alta tecnologia; bisel perfeito, siliconizado, trifacetado e aguçado, permitindo punção atraumática; parede finíssima, permitindo melhor fluxo; Graduação exclusivamente em unidades insulínicas para não confundir o usuário; Informações sobre procedência e validade impressas na embalagem. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Apresentar registro MS, certificação do INMETRO. Atender as Normas Regulamentadoras existentes. Apresentar amostra.	APROVADO	OK	

Lote	Item	Descrição	AMOSTRA	DOC TÉCNICO	OBS
EXCLUSIVA ME/EPP	204	Seringa de insulina com agulha fixa 8x0,3. Tamanho 50UI seringa esterilizada com agulha fixa, residual zero; dosagem nítida em unidade insulínica e extremamente precisa uma a uma de fácil leitura e precisão nas dosagens; êmbolo com borracha de ajuste e vedação precisa e extremamente leve; agulha confeccionada em aço inoxidável de alta tecnologia; bisel perfeito, siliconizado, trifacetado e aguçado, permitindo punção atraumática; parede finíssima, permitindo melhor fluxo; Graduação exclusivamente em unidades insulínicas para não confundir o usuário; Informações sobre procedência e validade impressas na embalagem. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Apresentar registro MS, certificação do INMETRO. Atender as Normas Regulamentadoras existentes. Apresentar amostra.	APROVADO	OK	CLASSIFICADA
	205	Seringa 3ml estéril, sem agulha, graduação firme e perfeitamente legível, com ponta conectora tipo luer lock, embolo com pistão com borracha siliconada, deslizante, embalado individualmente conforme normas do ms, com abertura asseptica. Apresentar laudos inmetro. Validade de 5 anos a partir da data de fabricação.		OK	
	206	Seringa 5ml estéril, sem agulha, graduação firme e perfeitamente legível, com ponta conectora tipo luer lock, embolo com pistão com borracha siliconada, deslizante, embalado individualmente conforme normas do ms, com abertura asseptica. Apresentar laudos inmetro. Validade de 5 anos a partir da data de fabricação.		OK	

