



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 132/2019

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC

Aos 20 dias do mês de agosto do ano de 2019, no Estado de Santa Catarina, através da Prefeitura Municipal de Governador Celso Ramos/SC, através da Secretaria Municipal de Saúde, Órgão Gerenciador deste Registro de Preços, com sede na Praça 6 de Novembro, 01, Ganchos do Meio, Governador Celso Ramos/SC, inscrita no CNPJ sob o n.º 08.857.731/0001-60, representada por seu Prefeito, Sr. Juliano Duarte Campos, são registrados os preços da (s) empresa (s) TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA -EPP, estabelecida à Rua PEDRO THEISEN JUNIOR, Nº 478, ARIRIU, PALHOÇA/SC, inscrita no Cadastro de Pessoas Jurídicas sob o n.º 06.555.143/0001-46, neste ato representado pelo(a) ALEXANDRE BIANCHINI DE AZEVEDO, brasileiro(a), inscrito(a) no Cadastro de Pessoas Físicas sob o n.º 921.201.21-53, portador(a) do RG n.º 061.302.94-9, para **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC**, conforme especificado no quadro abaixo, resultante do **Pregão Presencial n.º 32/2019**, objeto do **Processo 32/2019**. As condições a serem praticadas neste registro de preços são as constantes do instrumento convocatório respectivo e seus anexos, da proposta apresentada pelo (s) fornecedor (es), os quais integram esta ata, independentemente de transcrição. O presente registro de preços terá vigência de 01 (um) ano, contado a partir da data de assinatura desta Ata.

Itens constantes da Ata:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	Abridor de boca adulto. A embalagem deverá conter os dados de identificação do produto, número do lote, data de fabricação e prazo de validade	10	Und	4,13	41,30
02	Abridor de boca infantil. A embalagem deverá conter os dados de identificação do produto, número do lote, data de fabricação e prazo de validade	10	Und	2,80	28,00
04	Alavanca Apical reta adulto N. 301, aço AISI 420, apresentar registro no ministério da saúde e certificados de qualidade do aço e ISO 13485 juntamente com a proposta. A embalagem deverá conter os dados de	20	Und	23,80	476,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA****PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR****SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO****COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

	identificação do produto, número do lote, data de fabricação e prazo de validade				
05	Alavanca Apical reta infantil N. 301, aço AISI 420, apresentar registro no ministério da saúde e certificados de qualidade do aço e ISO 13485 juntamente com a proposta. A embalagem deverá conter os dados de identificação do produto, número do lote, data de fabricação e prazo de validade	20	Und	25,11	502,20
06	Alavanca Seldin direita/esquerda (bandeirinha), aço AISI 420, apresentar registro no ministério da saúde e certificados de qualidade do aço e ISO 13485 juntamente com a proposta. A embalagem deverá conter os dados de identificação do produto, número do lote, data de fabricação e prazo de validade	20	Und	23,80	476,00
07	Aplicador de Hidroxido de Calcio Simples, apresentar registro no ministério da saúde e Certificado ISO 13485 juntamente com a proposta. A embalagem deverá conter os dados de identificação do produto, número do lote, data de fabricação e prazo de validade	7	Und	6,19	43,33
08	Aplicador de Hidroxido de Calcio duplo, apresentar registro no ministério da saúde e Certificado ISO 13485 juntamente com a proposta. A embalagem deverá conter os dados de identificação do produto, número do lote, data de fabricação e prazo de validade	5	Und	5,90	29,50
09	Cabo de bisuri N. 3, 13cm em	12	Und	7,80	93,60

**ESTADO DE SANTA CATARINA****PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR****SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO****COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

	aço AISI 420, apresentar registro no ministério da saúde e certificados de qualidade do aço e ISO 13485 juntamente com a proposta. A embalagem deverá conter os dados de identificação do produto, número do lote, data de fabricação e prazo de validade				
10	Seringa de Carpule. A embalagem deverá conter os dados de identificação do produto, número do lote, data de fabricação e prazo de validade	16	Und	19,80	316,80
11	Cuba retangular 30 X 22 X 04 CM. A embalagem deverá conter os dados de identificação do produto, número do lote, data de fabricação e prazo de validade	10	Und	43,50	435,00
12	Cuba Redonda 9 x 5 cm, capacidade 200 ml. A embalagem deverá conter os dados de identificação do produto, número do lote, data de fabricação e prazo de validade	4	Und	8,70	34,80
13	Cureta Lucas. aço AISI 420, apresentar registro no ministério da saúde e certificados de qualidade do aço e ISO 13485 juntamente com a proposta. A embalagem deverá conter os dados de identificação do produto, número do lote, data de fabricação e prazo de validade	3	Und	9,44	28,32
14	Cureta Gracey 11/12. aço AISI 420, apresentar registro no ministério da saúde e certificados de qualidade do aço e ISO 13485 juntamente com a proposta. A embalagem deverá conter os dados de identificação do produto, número do lote, data de fabricação e prazo de	10	Und	8,80	88,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

	validade				
15	Cureta Gracey 13/14. aço AISI 420, apresentar registro no ministério da saúde e certificados de qualidade do aço e ISO 13485 juntamente com a proposta. A embalagem deverá conter os dados de identificação do produto, número do lote, data de fabricação e prazo de validade	17	Und	8,80	149,60
16	Cureta Gracey 5/6. aço AISI 420, apresentar registro no ministério da saúde e certificados de qualidade do aço e ISO 13485 juntamente com a proposta. A embalagem deverá conter os dados de identificação do produto, número do lote, data de fabricação e prazo de validade	17	Und	8,80	149,60
17	Cureta Gracey 7/8. aço AISI 420, apresentar registro no ministério da saúde e certificados de qualidade do aço e ISO 13485 juntamente com a proposta. A embalagem deverá conter os dados de identificação do produto, número do lote, data de fabricação e prazo de validade	17	Und	8,80	149,60
18	Escavador de dentina, numerações diversas, aço AISI 420, apresentar registro no ministério da saúde e certificados de qualidade do aço e ISO 13485 juntamente com a proposta. A embalagem deverá conter os dados de identificação do produto, número do lote, data de fabricação e prazo de validade	23	Und	6,60	151,80
20	Espátula para manipulação CIV. aço AISI 420, apresentar registro no ministério da saúde e certificados de qualidade do aço e ISO 13485 juntamente com a	10	Und	8,56	85,60

**ESTADO DE SANTA CATARINA****PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR****SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO****COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

	proposta. A embalagem deverá conter os dados de identificação do produto, número do lote, data de fabricação e prazo de validade				
22	Espelho clínico com cabo. A embalagem deverá conter os dados de identificação do produto, número do lote, data de fabricação e prazo de validade	41	Und	5,14	210,74
23	Fórceps adulto N. 150. aço AISI 420, apresentar registro no ministério da saúde e certificados de qualidade do aço e ISO 13485 juntamente com a proposta. A embalagem deverá conter os dados de identificação do produto, número do lote, data de fabricação e prazo de validade	4	Und	55,00	220,00
24	Fórceps adulto N. 151. aço AISI 420, apresentar registro no ministério da saúde e certificados de qualidade do aço e ISO 13485 juntamente com a proposta. A embalagem deverá conter os dados de identificação do produto, número do lote, data de fabricação e prazo de validade	6	Und	55,00	330,00
25	Fórceps adulto N. 16. aço AISI 420, apresentar registro no ministério da saúde e certificados de qualidade do aço e ISO 13485 juntamente com a proposta. A embalagem deverá conter os dados de identificação do produto, número do lote, data de fabricação e prazo de validade	4	Und	55,00	220,00
26	Fórceps adulto N. 17. aço AISI 420, apresentar registro no ministério da saúde e certificados de qualidade do aço e ISO 13485 juntamente com a proposta. A embalagem deverá conter os	6	Und	55,00	330,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA****PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR****SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO****COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

	dados de identificação do produto, número do lote, data de fabricação e prazo de validade				
27	Fórceps adulto N. 18L, aço AISI 420, apresentar registro no ministério da saúde e certificados de qualidade do aço e ISO 13485 juntamente com a proposta. A embalagem deverá conter os dados de identificação do produto, número do lote, data de fabricação e prazo de validade	6	Und	55,00	330,00
28	Fórceps adulto N. 18R, aço AISI 420, apresentar registro no ministério da saúde e certificados de qualidade do aço e ISO 13485 juntamente com a proposta. A embalagem deverá conter os dados de identificação do produto, número do lote, data de fabricação e prazo de validade	6	Und	55,00	330,00
29	Fórceps adulto N. 23, aço AISI 420, apresentar registro no ministério da saúde e certificados de qualidade do aço e ISO 13485 juntamente com a proposta. A embalagem deverá conter os dados de identificação do produto, número do lote, data de fabricação e prazo de validade	4	Und	55,00	220,00
30	Fórceps adulto N. 69, aço AISI 420, apresentar registro no ministério da saúde e certificados de qualidade do aço e ISO 13485 juntamente com a proposta. A embalagem deverá conter os dados de identificação do produto, número do lote, data de fabricação e prazo de validade	4	Und	55,00	220,00
31	Fórceps adulto N. 99, aço AISI 420, apresentar registro no ministério da saúde e certificados de qualidade do	4	Und	55,00	220,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA****PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR****SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO****COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

	aço e ISO 13485 juntamente com a proposta. A embalagem deverá conter os dados de identificação do produto, número do lote, data de fabricação e prazo de validade				
32	Fórceps Infantil, aço AISI 420, apresentar registro no ministério da saúde e certificados de qualidade do aço e ISO 13485 juntamente com a proposta. A embalagem deverá conter os dados de identificação do produto, número do lote, data de fabricação e prazo de validade	2	Und	55,00	110,00
33	Jaleco branco manga longa, punhos em malha com no mínimo 4 cm. Apresentar amostra juntamente com a proposta. A embalagem deverá conter os dados de identificação do produto, número do lote, data de fabricação e prazo de validade	10	Pct	38,53	385,30
34	Lima para Osso, apresentar registro no ministério da saúde juntamente com a proposta. A embalagem deverá conter os dados de identificação do produto, número do lote, data de fabricação e prazo de validade	4	Und	24,90	99,60
37	Pinça clínica, aço AISI 420, apresentar registro no ministério da saúde e certificados de qualidade do aço e ISO 13485 juntamente com a proposta. A embalagem deverá conter os dados de identificação do produto, número do lote, data de fabricação e prazo de validade	45	Und	9,26	416,70
38	Pinça dente de rato 14cm, aço AISI 420, apresentar registro no ministério da saúde e certificados de	5	Und	10,53	52,65

**ESTADO DE SANTA CATARINA****PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR****SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO****COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

	qualidade do aço e ISO 13485 juntamente com a proposta. A embalagem deverá conter os dados de identificação do produto, número do lote, data de fabricação e prazo de validade				
42	Porta Matriz Tofflemire, apresentar registro no ministério da saúde juntamente com a proposta. A embalagem deverá conter os dados de identificação do produto, número do lote, data de fabricação e prazo de validade	6	Und	16,90	101,40
43	Sindesmotomo, aço AISI 420, apresentar registro no ministério da saúde e certificados de qualidade do aço e ISO 13485 juntamente com a proposta. A embalagem deverá conter os dados de identificação do produto, número do lote, data de fabricação e prazo de validade	17	Und	9,44	160,48
44	Sonda Exploradora N. 5, aço AISI 420, apresentar registro no ministério da saúde e certificados de qualidade do aço e ISO 13485 juntamente com a proposta. A embalagem deverá conter os dados de identificação do produto, número do lote, data de fabricação e prazo de validade	26	Und	5,80	150,80
45	Sonda Milimetrada, aço AISI 420, apresentar registro no ministério da saúde e certificados de qualidade do aço e ISO 13485 juntamente com a proposta. A embalagem deverá conter os dados de identificação do produto, número do lote, data de fabricação e prazo de validade.	5	Und	17,80	89,00
46	Sugador cirúrgico metálico, apresentar registro no	7	Und	19,72	138,04

**ESTADO DE SANTA CATARINA****PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR****SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO****COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

	ministério da saúde juntamente com a proposta. A embalagem deverá conter os dados de identificação do produto, número do lote, data de fabricação e prazo de validade				
47	Sugador endodôntico, pacote com 20 unidades, apresentar registro no ministério da saúde juntamente com a proposta. A embalagem deverá conter os dados de identificação do produto, número do lote, data de fabricação e prazo de validade	11	Pct	8,50	93,50
48	Tesoura Cirúrgica Fina/Fina 15cm, aço AISI 420, apresentar registro no ministério da saúde e certificados de qualidade do aço e ISO 13485 juntamente com a proposta. A embalagem deverá conter os dados de identificação do produto, número do lote, data de fabricação e prazo de validade.	22	Und	18,63	409,86
49	Tesoura Cirúrgica sem ponta 15cm, aço AISI 420, apresentar registro no ministério da saúde e certificados de qualidade do aço e ISO 13485 juntamente com a proposta. A embalagem deverá conter os dados de identificação do produto, número do lote, data de fabricação e prazo de validade.	6	Und	18,63	111,78
50	Fotopolimerizador led com radiômetro. A embalagem deverá conter os dados de identificação do produto, número do lote, data de fabricação e prazo de validade	1	Und	704,57	704,57
53	Contra ângulo, A embalagem deverá conter os dados de identificação do produto, número do lote, data de	1	Und	377,14	377,14

**ESTADO DE SANTA CATARINA****PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR****SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO****COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

	fabricação e prazo de validade				
55	Ultrassom com jato de bicarbonato com filtro de ar com drenagem automática. Controle independente de fluxos de água e pó. Sistema de limpeza dos condutores de pó. Ultrassom: sistema piezoelétrico. Peça de mão removível e autoclavável. Bivolt. A embalagem deverá conter os dados de identificação do produto, número do lote, data de fabricação e prazo de validade	1	Und	1.625,00	1.625,00
56	ÁCIDO FOSFÓRICO 37%, ESPESSANTE, CORANTE AZUL E ÁGUA DEIONIZADA, EMBALEGM CONTENDO 3 SERINGAS COM 3 GRAMAS E 3 BICOS APLICADORES METÁLICOS E AUTOCLAVÁVEIS. APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE./ANVISA	100	PCT	2,75	275,00
59	ALAVANCA PARA EXODONTIA ADULTO RETA , CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL. COM CERTIFICADO ISO 13485 E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE QUE DEVERÃO SER APRESENTADOS JUNTAMENTE COM A PROPOSTA. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, NÚMERO DO LOTE, DATA DE	10	UN	25,10	251,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA****PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR****SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO****COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

	FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE./ANVISA				
64	APLICADOR DE HIDROXIDO DE CÁLCIO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL. COM CERTIFICADO ISO 13485 E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE QUE DEVERÃO SER APRESENTADOS JUNTAMENTE COM A PROPOSTA. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE./ANVISA	20	UN	5,96	119,20
65	ASPIRADOR DE SALIVA DESCARTAVEL, PACOTES COM 40 UNIDADES, EM PLASTICO TRANSPARENTE, TOTALMENTE ATOXICO, COM PONTAS SILICONADAS FLEXIVEIS E SOLDADA AO TUBO, COM PONTAS COLORIDAS, MOLDANDO-SE A POSIÇÃO DESEJADA SEM MEMORIA ELASTICA, COMPRIMENTO DE 12.5 CM. APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA O REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE./ANVISA	100	Pct	3,70	370,00
66	BROCA CARBIDE ZECRYA LONGA, TENDO A SUA PARTE ATIVA FABRICADA EM CARBONETO DE	100	Und	30,00	3.000,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA****PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR****SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO****COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

	TUNGSTÊNIO K20 E A PARTE INATIVA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4197, CONTENDO 13% DE CROMO E 0,9MM DE DIÂMETRO, NA COR DOURADA, POSSUI PONTA INATIVA (ARREDONDADA). APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA O CATALOGO COMPROVANDO A ESPECIFICAÇÃO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.				
67	BROCA DIAMANTADA 3195FF, PARA ACABAMENTO EM RESTAURAÇÕES DE RESINA COMPOSTA, PONTA COM GRANULAÇÕES FINAS UNIFORMES, ENCAIXE EM AÇO INOXIDÁVEL ADAPTÁVEL ÀS DIFERENTES CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO, SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO OU REBARBAS. APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA O CATALOGO COMPROVANDO A ESPECIFICAÇÃO DE MEDIDAS: EXTRA GROSSO (181 MM), GROSSO (151 MM), MÉDIO (91- 126MM), FINO (46MM) E EXTRA FINO. ESTERILIZÁVEL ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO, SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS, SEM SOFRER OXIDAÇÃO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE COM INDICAÇÃO DO LOTE E DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	50	Und	3,00	150,00
68	BROCA DIAMANTADA 3118FF, PARA ACABAMENTO EM RESTAURAÇÕES DE	50	Und	3,00	150,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA****PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR****SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO****COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

	RESINA COMPOSTA, PONTA COM GRANULAÇÕES FINAS UNIFORMES, ENCAIXE EM AÇO INOXIDÁVEL ADAPTÁVEL ÀS DIFERENTES CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO, SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO OU REBARBAS. APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA O CATALOGO COMPROVANDO A ESPECIFICAÇÃO DE MEDIDAS: EXTRA GROSSO (181 MM), GROSSO (151 MM), MÉDIO (91- 126MM), FINO (46MM) E EXTRA FINO. ESTERILIZÁVEL ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO, SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS, SEM SOFRER OXIDAÇÃO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE COM INDICAÇÃO DO LOTE E DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.				
69	BROCA DIAMANTADA 3168FF, PARA ACABAMENTO EM RESTAURAÇÕES DE RESINA COMPOSTA, PONTA COM GRANULAÇÕES FINAS UNIFORMES, ENCAIXE EM AÇO INOXIDÁVEL ADAPTÁVEL ÀS DIFERENTES CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO, SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO OU REBARBAS. APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA O CATALOGO COMPROVANDO A ESPECIFICAÇÃO DE MEDIDAS: EXTRA GROSSO (181 MM), GROSSO (151 MM), MÉDIO (91- 126MM), FINO (46MM) E EXTRA FINO. ESTERILIZÁVEL ATRAVÉS DE CALOR	50	Und	3,00	150,00



ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

	ÚMIDO, SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS, SEM SOFRER OXIDAÇÃO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE COM INDICAÇÃO DO LOTE E DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.				
70	BROCA DIAMANTADA 1032, PARA ACABAMENTO EM RESTAURAÇÕES DE RESINA COMPOSTA, PONTA COM GRANULAÇÕES FINAS UNIFORMES, ENCAIXE EM AÇO INOXIDÁVEL ADAPTÁVEL ÀS DIFERENTES CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO, SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO OU REBARBAS. APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA O CATALOGO COMPROVANDO A ESPECIFICAÇÃO DE MEDIDAS: EXTRA GROSSO (181 MM), GROSSO (151 MM), MÉDIO (91- 126MM), FINO (46MM) E EXTRA FINO. ESTERILIZÁVEL ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO, SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS, SEM SOFRER OXIDAÇÃO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE COM INDICAÇÃO DO LOTE E DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	25	Und	3,00	75,00
71	BROCA DIAMANTADA 1034, PARA ACABAMENTO EM RESTAURAÇÕES DE RESINA COMPOSTA, PONTA COM GRANULAÇÕES FINAS UNIFORMES, ENCAIXE EM AÇO INOXIDÁVEL ADAPTÁVEL ÀS DIFERENTES CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO, SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO OU REBARBAS. APRESENTAR	50	Und	3,00	150,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA****PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR****SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO****COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

	JUNTAMENTE COM A PROPOSTA O CATALOGO COMPROVANDO A ESPECIFICAÇÃO DE MEDIDAS: EXTRA GROSSO (181 MM), GROSSO (151 MM), MÉDIO (91- 126MM), FINO (46MM) E EXTRA FINO. ESTERILIZÁVEL ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO, SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS, SEM SOFRER OXIDAÇÃO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE COM INDICAÇÃO DO LOTE E DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.				
72	BROCA DIAMANTADA 4138, PARA ACABAMENTO EM RESTAURAÇÕES DE RESINA COMPOSTA, PONTA COM GRANULAÇÕES FINAS UNIFORMES, ENCAIXE EM AÇO INOXIDÁVEL ADAPTÁVEL ÀS DIFERENTES CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO, SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO OU REBARBAS. APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA O CATALOGO COMPROVANDO A ESPECIFICAÇÃO DE MEDIDAS: EXTRA GROSSO (181 MM), GROSSO (151 MM), MÉDIO (91- 126MM), FINO (46MM) E EXTRA FINO. ESTERILIZÁVEL ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO, SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS, SEM SOFRER OXIDAÇÃO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE COM INDICAÇÃO DO LOTE E DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	30	Und	3,00	90,00
73	BROCA DIAMANTADA 1013, PARA ACABAMENTO EM RESTAURAÇÕES DE	20	Und	3,00	60,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA****PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR****SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO****COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

	RESINA COMPOSTA, PONTA COM GRANULAÇÕES FINAS UNIFORMES, ENCAIXE EM AÇO INOXIDÁVEL ADAPTÁVEL ÀS DIFERENTES CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO, SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO OU REBARBAS. APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA O CATALOGO COMPROVANDO A ESPECIFICAÇÃO DE MEDIDAS: EXTRA GROSSO (181 MM), GROSSO (151 MM), MÉDIO (91- 126MM), FINO (46MM) E EXTRA FINO. ESTERILIZÁVEL ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO, SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS, SEM SOFRER OXIDAÇÃO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE COM INDICAÇÃO DO LOTE E DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.				
74	BROCA DIAMANTADA 1014, PARA ACABAMENTO EM RESTAURAÇÕES DE RESINA COMPOSTA, PONTA COM GRANULAÇÕES FINAS UNIFORMES, ENCAIXE EM AÇO INOXIDÁVEL ADAPTÁVEL ÀS DIFERENTES CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO, SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO OU REBARBAS. APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA O CATALOGO COMPROVANDO A ESPECIFICAÇÃO DE MEDIDAS: EXTRA GROSSO (181 MM), GROSSO (151 MM), MÉDIO (91- 126MM), FINO (46MM) E EXTRA FINO. ESTERILIZÁVEL ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO, SECO OU POR	60	Und	3,00	180,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA****PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR****SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO****COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

	AGENTES QUÍMICOS, SEM SOFRER OXIDAÇÃO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE COM INDICAÇÃO DO LOTE E DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.				
75	BROCA DIAMANTADA 1016, PARA ACABAMENTO EM RESTAURAÇÕES DE RESINA COMPOSTA, PONTA COM GRANULAÇÕES FINAS UNIFORMES, ENCAIXE EM AÇO INOXIDÁVEL ADAPTÁVEL ÀS DIFERENTES CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO, SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO OU REBARBAS. APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA O CATALOGO COMPROVANDO A ESPECIFICAÇÃO DE MEDIDAS: EXTRA GROSSO (181 MM), GROSSO (151 MM), MÉDIO (91- 126MM), FINO (46MM) E EXTRA FINO. ESTERILIZÁVEL ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO, SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS, SEM SOFRER OXIDAÇÃO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE COM INDICAÇÃO DO LOTE E DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	30	Und	3,00	90,00
76	BROCA DIAMANTADA 1016HL, PARA ACABAMENTO EM RESTAURAÇÕES DE RESINA COMPOSTA, PONTA COM GRANULAÇÕES FINAS UNIFORMES, ENCAIXE EM AÇO INOXIDÁVEL ADAPTÁVEL ÀS DIFERENTES CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO, SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO OU REBARBAS. APRESENTAR	30	Und	3,00	90,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA****PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR****SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO****COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

	JUNTAMENTE COM A PROPOSTA O CATALOGO COMPROVANDO A ESPECIFICAÇÃO DE MEDIDAS: EXTRA GROSSO (181 MM), GROSSO (151 MM), MÉDIO (91- 126MM), FINO (46MM) E EXTRA FINO. ESTERILIZÁVEL ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO, SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS, SEM SOFRER OXIDAÇÃO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE COM INDICAÇÃO DO LOTE E DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.				
77	BROCA FABRICADA EM AÇO N. 04 EM CARBONO DIN 1.2516, CONTENDO LÂMINAS LISAS OU PICOTADAS, NOS COMPRIMENTOS DE 22.5MM, INDICADAS PARA A REMOÇÃO DE TECIDO CARIADO, DESGASTE E ACABAMENTO DE MATERIAIS DENTÁRIOS E PREPARO DE ELEMENTOS DENTÁRIOS COM FINALIDADE ESTAURADORA. CAIXA COM 06 UNIDADES INDIVIDUAIS. APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA O CATALOGO COMPROVANDO A ESPECIFICAÇÃO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	50	UN	3,22	161,00
79	CIMENTO RESTAURADOR TEMPORÁRIO A BASE DE ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL PÓ NA COR MARFIM, LIQUIDO CONTENDO EUGENOL E ÁCIDO ACÉTICO GLACIAL 0,5% E PÓ CONTENDO ÓXIDO DE ZINCO E RESINA ACRILICA (POLIMETACRILATO DE	40	UN	17,00	680,00



ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

	METILA) FRASCO PÓ CONTENDO 38 GRAMAS E FRASCO LIQUIDO CONTENDO 15ML. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTAMENTE COM A PROPOSTA. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE./ANVISA.				
80	CIMENTO DE HIDRÓXIDO CÁLCIO BASE 13G + CATALISADOR 11G, INDICADO PARA CAPEAMENTO PULPAR E COMO FORRADOR DE CAVIDADES DENTÁRIAS SOB MATERIAIS RESTAURADORES OU OUTROS CIMENTOS, PASTA BASE: ESTER GLICOL SALICILATO, SALICILATO DE METILA, SULFATO DE BÁRIO, DIÓXIDO DE TITÂNIO, SÍLICA E PIGMENTO DE ÓXIDO DE FERRO. PASTA CATALISADORA: HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, ÓXIDO DE ZINCO, PIGMENTO DE ÓXIDO DE FERRO, ESTEARATO DE ZINCO, ETIL-TOLUENO, SULFONAMIDA E ÁGUA PURIFICADA, PARA CAPEAMENTO PULPAR E FORRO PROTETOR SOB MATERIAIS RESTAURADORES, CIMENTOS. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTAMENTE COM A PROPOSTA. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO	100	UN	13,80	1.380,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA****PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR****SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO****COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

	PRODUTO, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE./ANVISA. A VALIDADE DO PRODUTO DEVERÁ SER DE 02 ANOS A PARTIR DA ENTREGA.				
82	CURETA GRACEY 11/12, FABRICADA EM AÇO INOX OU CARBONO TEMPERAVEL AISI 420, ESPESSURA 9,5MM COLORS, APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA O CERTIFICADO DE QUALIDADE DO AÇO E REGISTRO NA ANVISA.	20	UN	30,91	618,20
85	CURETA GRACEY 5/6, FABRICADA EM AÇO INOX OU CARBONO TEMPERAVEL AISI 420, ESPESSURA 9,5MM COLORS, APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA O CERTIFICADO DE QUALIDADE DO AÇO E REGISTRO NA ANVISA.	30	UN	30,91	927,30
86	CURETA GRACEY 7/8, FABRICADA EM AÇO INOX OU CARBONO TEMPERAVEL AISI 420, ESPESSURA 9,5MM COLORS, APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA O CERTIFICADO DE QUALIDADE DO AÇO E REGISTRO NA ANVISA.	30	UN	30,91	927,30
87	CURETA GRACEY 13/14, FABRICADA EM AÇO INOX OU CARBONO TEMPERAVEL AISI 420, ESPESSURA 9,5MM COLORS, APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA O CERTIFICADO DE QUALIDADE DO AÇO E	30	UN	30,91	927,30

**ESTADO DE SANTA CATARINA****PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR****SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO****COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

	REGISTRO NA ANVISA.				
90	ESPATULA PARA INSERÇÃO DE RESINA, DELICADA, COM PARTE ATIVA COM ESPESSURA DE NO MAXIMO 2MM. FABRICADA EM AÇO TEMPERAVEL AISI 420, ANTIADERENTE, PRODUTO DEVE POSSUIR ISO 13485 E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE QUE DEVERÃO SER APRESENTADOS JUNTAMENTE COM A PROPOSTA. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE./ANVISA	10	UN	6,21	62,10
94	FIO DE SEDA PRETO TRANÇADO 4.0 COM 45 CM DE COMPRIMENTO, NÃO ABSORVÍVEL, AGULHA COM SECÇÃO TRIÂNGULAR 1/2 - COM AGULHA DE 1,7CM, ESTÉRIL -CAIXA COM 24 UNIDADES. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE./ANVISA. A VALIDADE DO PRODUTO DEVERÁ SER DE 02 ANOS A PARTIR DA ENTREGA.	100	CX	24,70	2.470,00
95	FORMOCRESOL LIQUIDO 10 ML, CONTENDO EM SUA FÓRMULA: FORMALDEIDO, ORTO-CRESOL, GLICERINA E ÁLCOOL ETÍLICO 96°. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO	20	UN	3,25	65,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA****PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR****SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO****COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

	PRODUTO, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE./ANVISA. A VALIDADE DO PRODUTO DEVERÁ SER DE 02 ANOS A PARTIR DA ENTREGA.				
96	GORRO/TOUCA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO. PACOTE COM 100 UNIDADES.	50	PCT	4,80	240,00
99	LUVA DE PROCEDIMENTO LÁTEX AMBIDESTRA DESCARTÁVEL TAMANHO P, CAIXA COM 100 UNIDADES.	100	CX	14,80	1.480,00
100	LUVA DE PROCEDIMENTO LÁTEX AMBIDESTRA DESCARTÁVEL TAMANHO M, CAIXA COM 100 UNIDADES.	100	CX	14,50	1.450,00
101	MÁSCARA COM TRIPLA PROTEÇÃO, COM EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO BACTERIANA DE 99,9% COM CAMADA INTERMEDIÁRIA DE FILTRO BACTERIOLÓGICO, COM ELÁSTICO, CONTENDO 50 UNIDADES, APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA REGISTRO MS.	50	CX	9,00	450,00
105	ÓLEO LUBRIFICANTE SPRAY PARA ALTA ROTAÇÃO 200ML, A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE./ANVISA. O PRODUTO DEVERÁ TER 02 ANOS DE VALIDADE A PARTIR DA ENTREGA	10	FR	18,70	187,00
107	PAPEL CARBONO COM 12 UNIDADES, (MEDIDAS 76 X 22 MM), ESPESSURA	200	BL	5,00	1.000,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA****PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR****SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO****COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

	ULTRAFINA (19 μ), PELÍCULA DE POLIETILENO, PELÍCULA HIDROFÓBICA, DUPLA COR (VERMELHO E PRETO), APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA, O REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE./ANVISA.				
108	PINÇA CLINICA, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL. COM CERTIFICADO ISO 13485 E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE QUE DEVERÃO SER APRESENTADOS JUNTAMENTE COM A PROPOSTA. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE./ANVISA	30	UN	8,90	267,00
109	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM 14CM, PRODUTO DEVERÁ TER ISO 13485, APRESENTAR CERTIFICADO ISO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTAMENTE COM A PROPOSTA. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE./ANVISA.	20	UN	20,28	405,60

**ESTADO DE SANTA CATARINA****PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR****SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO****COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

111	POTE DAPPEN DE PLÁSTICO	20	UN	2,07	41,40
115	ROLO DE ALGODÃO HIDRÓFILO, APRESENTAÇÃO EM ROLETE. COM PESO DE 25 GRAMAS, COR BRANCA, MACIO, HOMOGÊNIO, SEM IMPUREZAS, INDORO, BOA ABSORÇÃO, UTILIZADO PARA ISOLAMENTO ODONTOLÓGICO, PACOTE COM 100 UNIDADES. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTAMENTE COM A PROPOSTA. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE./ANVISA. A VALIDADE DO PRODUTO DEVERÁ SER DE 02 ANOS A PARTIR DA ENTREGA.	300	PCT	1,44	432,00
116	SONDA EXPLIRADORA N. 5. PRODUTO DEVERÁ TER ISO 13485, APRESENTAR CERTIFICADO ISO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTAMENTE COM A PROPOSTA. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE./ANVISA.	50	UN	6,21	310,50
117	SUGADOR DE SALIVA - MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO DESCARTÁVEL, FORMATO ANATÔMICO, TAMANHO 12,5CM, ATÓXICO E A PONTA COLORIDA, EMBALAGEM COM 40	500	Pct	3,00	1.500,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA****PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR****SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO****COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

	UNIDADES. APRESENTAR REGISTRO DO PRODUTO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTAMENTE COM A PROPOSTA. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE./ANVISA.				
118	SINDESMOTOMO, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL. O PRODUTO DEVERÁ TER ISO 13485, APRESENTAR CERTIFICADO ISO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTAMENTE COM A PROPOSTA. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE./ANVISA.	10	UN	9,44	94,40
120	SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA 10ML, COM CLORETO DE ALUMÍNIO 25%; SULFATO DE HIDROXIQUINOLEÍNA DE ALUMÍNIO, GLICERINA, ÁLCOOL E ÁGUA DEIONIZADA. APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA O REGISTRO DO PRODUTO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO DE 2 ANOS A PARTIR DA ENTREGA.	20	UN	11,00	220,00
122	TESOURA IRIS RETA 12 CM PARA SUTURA CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, PRODUTO DEVERÁ TER ISO 13485 APRESENTAR JUNTO COM	20	UN	14,60	292,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA****PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR****SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO****COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

	A PROPOSTA O CERTIFICADO COMPROVANDO ISO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE./ANVISA.				
123	TIRA DE AÇO PARA ACABAMENYO COM 12 UNIDADEES, A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE./ANVISA.	60	CX	3,85	231,00
124	TIRA DE LIXA PARA ACABAMENTO EM RESINA COMPOSTA, CX COM 150 UNIDADES, A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE./ANVISA.	50	CX	5,90	295,00
126	VERNIZ COM FLÚOR, FLUORETO DE SÓDIO A 6%, FLUORETO DE CÁLCIO A 6%, RESINAS SINTÉTICAS E NATURAIS, AROMATIZANTE, ADOÇANTE ARTIFICIAL E SOLVENTES. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO	20	FR	13,00	260,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

MINISTÉRIO DA SAÚDE./ANVISA. APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA O REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.				
---	--	--	--	--

Governador Celso Ramos/SC, 20 de agosto de 2019.

**TRADE MEDICAL COMERCIO DE
MATERIAIS HOSPITALARES LTDA -
EPP**
Contratada

JULIANO DUARTE CAMPOS
Prefeito Municipal