

**EMPRESA - SAÚDE IMPERIAL**

Lote	Item	Descrição	AMOSTRA	OBS
LOTE 1	1	Lençol adulto em tnt 30g 2,00 x 0,90 com elástico. Pacote com 10 unidades.	APROVADO	APROVADO
	2	Lençol cobreliteio em tnt 20g 2,00 x 0,90. Pacote com 10 unidades.	APROVADO	
LOTE 1	3	Lençol cobre maca em tnt 20g2,00 x 0,90. Com elástico. Pacote com 10	APROVADO	
	4	Lençol de papel hospitalar (bobina) 50 x 50 100% celulose virgem.	APROVADO	
<b>EMPRESA - SAUDE IMPERIAL</b>				
Lote	Item	Descrição	AMOSTRA	OBS
LOTE 2	5	Avental descartavel em tnt 30g manga longa com ribana de 4cm em malha no punho, pct c/ 10 unidades.	APROVADO	APROVADO

**EMPRESA - TRADE MEDICAL**

Lote	Item	Descrição	AMOSTRA	OBS
LOTE 3	6	Mascara N95 bico de pato. Apresentar relatório de ensaio de acordo com a NBR13698.	APROVADO	APROVADO
<b>EMPRESA - ORTOMEDICAL</b>				
Lote	Item	Descrição	AMOSTRA	OBS
LOTE 4	7	Vestimenta de proteção modelo MACACAÇÃO com capuz possuindo elástico frontal, confeccionada em tecidos sintéticos não tecido – TNT, polipropileno (SMS), com gramatura mínima de 60 gr/m2. Hidrorepelente, punhos em elásticos, com dispositivo adicional para fixação dos punhos ao polegar. Bainha com elástico para fixação aos tomzelos. Abertura frontal com velcro e elástico na cintura. Tamanhos P, M E G a ser solicitado pela Secretaria de Saúde deste município.	APROVADO	APROVADO

**EMPRESA - HERA MEDICAL**

Lote	Item	Descrição	AMOSTRA	OBS
LOTE 7	13	KIT COMPLETO, ESPECIFICO PARA O DIAGNOSTICO DE COVID-19, CONTEUDO, CASSETE, REAGENTE(SORO) INDIVIDUAL, FURADOR, COLETOR DE SANGUE E HIGIENIZADOR DO LOCAL DA PICADA, TESTE RAPIDO ATRAVES DA METODOLOGIA DE IMUNOCROMATOGRAFIA, DESTINADO A DETECÇÃO QUALITATIVA ESPECIFICA DE IGG E IGM DO COVID-19, PODENDO SER UTILIZADO EM AMOSTRA DE SANGUE SORO OU PLASMA, PROCEDENTE DE COLETA VENOSA OU CAPILAR, SENSIBILIDADE ACIMA DE 86,4% E ESPECIFICIDADE ACIMA DE 99,5%. A EMBALAGEM DEVE CONTER NÚMERO DO REGISTRO, LOTE E VALIDADE MINIMA DE 1 ANO.	REPROVADO	NÃO CONTÉM REAGENTE(SORO) INDIVIDUAL

Lote	Item	Descrição	AMOSTRA	OBS
<b>EMPRESA - SAÚDE IMPERIAL</b>				
Lote	Item	Descrição	AMOSTRA	OBS
LOTE 8	14	Lençol adulto em tnt 30g 2,00 x 0,90 com elástico. Pacote com 10 unidades.	APROVADO	APROVADO
	15	Lençol cobreteito em tnt 20g 2,00 x 0,90. Pacote com 10 unidades.	APROVADO	
	16	Lençol cobre maca em tnt 20g2,00 x 0,90. Com elástico. Pacote com 10 unidades.	APROVADO	
LOTE 8	17	Lençolde papel hospitalar (bobina) 50 x 50 100% celulose virgem.	APROVADO	
	<b>EMPRESA - SAÚDE IMPERIAL</b>			
Lote	Item	Descrição	AMOSTRA	OBS
LOTE 9	18	Avental descartavel em tnt 30g manga longa com rbaia de 4cm em malha no punho, pct c/ 10 unidades.	APROVADO	APROVADO
	<b>EMPRESA - TRADE MEDICAL</b>			
Lote	Item	Descrição	AMOSTRA	OBS
LOTE 10	19	Mascara N95 bico de pato. Apresentar relatório de ensaio de acordo com a NBR13698	APROVADO	APROVADO
	<b>EMPRESA - ORTOMEDICAL</b>			
Lote	Item	Descrição	AMOSTRA	OBS
LOTE 11	20	Vestimenta de proteção modelo MACACÃO com capuz possuindo elástico frontal, confeccionada em tecidos sintéticos não tecido - TNT, polipropileno (SMS), com gramatura mínima de 60 gr/m2. Hidrorepelente, punhos em elásticos, com dispositivo adicional para fixação dos punhos ao polegar. Bainha com elástico para fixação aos tornozelos. Abertura frontal com velcro e elástico na cintura. Tamanhos P, M E G a ser solicitado pela Secretaria de Saúde deste município.	APROVADO	APROVADO
	<b>EMPRESA - HERA MEDICAL</b>			
Lote	Item	Descrição	AMOSTRA	OBS
LOTE 14	26	KIT COMPLETO, ESPECIFICO PARA O DIAGNOSTICO DE COVID-19, CONTENDO, CASSETE, REAGENTE(SORO) INDIVIDUAL, FURADOR, COLETOR DE SANGUE E HIGIENIZADOR DO LOCAL DA PICADA, TESTE RÁPIDO ATRAVÉS DA METODOLOGIA DE IMUNOCROMATOGRAFIA, DESTINADO A DETECÇÃO QUALITATIVA ESPECIFICA DE IGG E IGM DO COVID-19, PODENDO SER UTILIZADO EM AMOSTRA DE SANGUE SORO OU PLASMA. PROCEDENTE DE COLETA VENOSA OU CAPILAR. SENSIBILIDADE ACIMA DE 86,4% E ESPECIFICIDADE ACIMA DE 99,5%. A EMBALAGEM DEVE CONTER NÚMERO DO REGISTRO, LOTE E VALIDADE MINIMA DE UM ANO.	REPROVADO	NÃO CONTÉM REAGENTE(SORO) INDIVIDUAL
	<b>EMPRESA - SAÚDE IMPERIAL</b>			
Lote	Item	Descrição	AMOSTRA	OBS



Lote	Descrição	AMOSTRA	OBS
35	<p>Cateter intravenoso n°14 em poluretano ou teflon, cânula (agulha) em aço inoxidável, silicizada, com bisel ultra afiada, canhão colorido, componente de união do tubo de agulha, promovendo comunicação com seu corpo, câmara que permite a confirmação da punção. Dispositivo de segurança que promove a proteção da agulha de modo passivo, sem a necessidade de ação do profissional, evitando assim qualquer tipo de contato do paciente ou profissional de saúde com agulha após a punção. Filtrohidrófobo facilita a punção, produto de uso único estéril, atóxico e epirrogênico. Esterilizadopor oxido de etileno com validade de 5 anos apartir da data de fabricação.</p>	APROVADO	APROVADO
36	<p>Cateter intravenoso n°16 em poluretano ou teflon, cânula (agulha) em aço inoxidável, silicizada, com bisel ultra afiada, canhão colorido, componente de união do tubo de agulha, promovendo comunicação com seu corpo, câmara que permite a confirmação da punção. Dispositivo de segurança que promove a proteção da agulha de modo passivo, sem a necessidade de ação do profissional, evitando assim qualquer tipo de contato do paciente ou profissional de saúde com agulha após a punção. Filtrohidrófobo facilita a punção, produto de uso único estéril, atóxico e epirrogênico. Esterilizadopor oxido de etileno com</p>	APROVADO	APROVADO
37	<p>Cateter intravenoso n°18 em poluretano ou teflon, cânula (agulha) em aço inoxidável, silicizada, com bisel ultra afiada, canhão colorido, componente de união do tubo de agulha, promovendo comunicação com seu corpo, câmara que permite a confirmação da punção. Dispositivo de segurança que promove a proteção da agulha de modo passivo, sem a necessidade de ação do profissional, evitando assim qualquer tipo de contato do paciente ou profissional de saúde com agulha após a punção. Filtrohidrófobo facilita a punção, produto de uso único estéril, atóxico e epirrogênico. Esterilizadopor oxido de etileno com</p>	APROVADO	APROVADO
38	<p>Cateter intravenoso n°20 em poluretano ou teflon, cânula (agulha) em aço inoxidável, silicizada, com bisel ultra afiada, canhão colorido, componente de união do tubo de agulha, promovendo comunicação com seu corpo, câmara que permite a confirmação da punção. Dispositivo de segurança que promove a proteção da agulha de modo passivo, sem a necessidade de ação do profissional, evitando assim qualquer tipo de contato do paciente ou profissional de saúde com agulha após a punção. Filtrohidrófobo facilita a punção, produto de uso único estéril, atóxico e epirrogênico. Esterilizadopor oxido de etileno com</p>	APROVADO	APROVADO
39	<p>Cateter intravenoso n°22 em poluretano ou teflon, cânula (agulha) em aço inoxidável, silicizada, com bisel ultra afiada, canhão colorido, componente de união do tubo de agulha, promovendo comunicação com seu corpo, câmara que permite a confirmação da punção. Dispositivo de segurança que promove a proteção da agulha de modo passivo, sem a necessidade de ação do profissional, evitando assim qualquer tipo de contato do paciente ou profissional de saúde com agulha após a punção. Filtrohidrófobo facilita a punção, produto de uso único estéril, atóxico e epirrogênico. Esterilizadopor oxido de etileno com</p>	APROVADO	APROVADO

LOTE 17

Lote	Item	Descrição	AMOSTRA	OBS
	40	Cateter intravenoso nº24 em polietileno ou teflon, cânula (agulha) em aço inoxidável, silicônica, com bisele ultra afiada, canhão colorido, componente de união do tubo de agulha, promovendo comunicação com seu corpo, câmara que permite a confirmação da punção. Dispositivo de segurança que promove a proteção da agulha de modo passivo, sem a necessidade de ação do profissional, evitando assim qualquer tipo de contato do paciente ou profissional de saúde com agulha após a punção. Filtrohidrófobo facilita a punção, produto de uso único estéril, atóxico e epirrogênico. Esterilizado por oxido de etileno com	APROVADO	APROVADO

**Ricardo Luiz Nazario**

Diretor de Ações de Média e alta complexidade