

EMPRESA - SAÚDE IMPERIAL

Lote	Item	Descrição	AMOSTRA	OBS
LOTE 1	1	Lençol adulto em tnt 30g 2,00 x 0,90 com elástico. Pacote com 10 unidades.	APROVADO	
	2	Lençol cobreteito em tnt 20g 2,00 x 0,90. Pacote com 10 unidades.		
	3	Lençol cobre maca em tnt 20g2,00 x 0,90. Com elástico. Pacote	APROVADO	APROVADO
	4	Lençol de papel hospitalar (bobina) 50 x 50 100% celulose virgem.	APROVADO	

EMPRESA - SAÚDE IMPERIAL

Lote	Item	Descrição	AMOSTRA	OBS
LOTE 2	5	Avental descartavel em tnt 30g manga longa com ribana de 4cm em malha no punho, pct c/ 10 unidades.	APROVADO	APROVADO

EMPRESA - TRADE MEDICAL

Lote	Item	Descrição	AMOSTRA	OBS
LOTE 3	6	Mascara N95 bico de pato. Apresentar relatório de ensaio de acordo com a NBR13698.	APROVADO	APROVADO

EMPRESA - ORTOMEDICAL

Lote	Item	Descrição	AMOSTRA	OBS
LOTE 4	7	Vestimenta de proteção modelo MACACAÇÃO com capuz possuindo elástico frontal, confeccionada em tecidos sintéticos não tecido – TNT, polipropileno (SMS), com gramatura mínima de 60 gr/m2. Hidrorepelente, punhos em elásticos, com dispositivo adicional para fixação dos punhos ao polegar. Bainha com elástico para fixação aos tornozelos. Abertura frontal com velcro e elástico na cintura. Tamanhos P, M E G a ser solicitado pela Secretaria de	APROVADO	APROVADO

EMPRESA - ORTOMEDICAL

Lote	Item	Descrição	AMOSTRA	OBS
LOTE 7	13	KIT COMPLETO, ESPECIFICO PARA O DIAGNOSTICO DE COVID-19, CONTEUDO, CASSETE, REAGENTE(SORO) INDIVIDUAL, FURADOR, COLETOR DE SANGUE E HIGIENIZADOR DO LOCAL DA PICADA, TESTE RAPIDO ATRAVES DA METODOLOGIA DE INUNOCROMATOGRAFIA, DESTINADO A DETECÇÃO QUALITATIVA ESPECIFICA DE IGG E IGM DO COVID-19, PODENDO SER UTILIZADO EM AMOSTRA DE SANGUE SORO OU PLASMA, PROCEDENTE DE COLETA VENOSA OU CAPILAR. SENSIBILIDADE ACIMA DE 86,4% E	APROVADO	APROVADO

EMPRESA - SAÚDE IMPERIAL

Lote	Item	Descrição	AMOSTRA	OBS
	14	Lençol adulto em tnt 30g 2,00 x 0,90 com elástico. Pacote com 10 unidades.	APROVADO	

Lote	Item	Descrição	AMOSTRA	OBS
LOTE 8	15	Lençol cobrreiro em tnt 20g 2,00 x 0,90. Pacote com 10 unidades.	APROVADO	APROVADO
	16	Lençol cobre maca em tnt 20g2,00 x 0,90. Com elástico. Pacote	APROVADO	
	17	Lençolde papel hospitalar (bobina) 50 x 50 100% celulose virgem.	APROVADO	

EMPRESA - SAUDE IMPERIAL

Lote	Item	Descrição	AMOSTRA	OBS
LOTE 9	18	Avental descartavel em tnt 30g manga longa com ribana de 4cm em malha no punho, pct c/ 10 unidades.	APROVADO	APROVADO

EMPRESA - TRADE MEDICAL

Lote	Item	Descrição	AMOSTRA	OBS
LOTE 10	19	Mascara N95 bico de pato. Apresentar relatório de ensaio de acordo com a NBR13698	APROVADO	APROVADO

EMPRESA - ORTOMEDICAL

Lote	Item	Descrição	AMOSTRA	OBS
LOTE 11	20	Vestimenta de proteção modelo MACACÃO com capuz possuindo elástico frontal, confeccionada em tecidos sintéticos não tecido – TNT, polipropileno (SMS), com gramatura mínima de 80 gr/m2. Hidrorepelente, punhos em elásticos, com dispositivo adicional para fixação dos punhos ao polegar. Banha com elástico para fixação aos tornozelos. Abertura frontal com velcro e elástico na cintura. Tamanhos P, M E G a ser solicitado pela Secretaria de Saúde de São Paulo.	APROVADO	APROVADO

EMPRESA - ORTOMEDICAL

Lote	Item	Descrição	AMOSTRA	OBS
LOTE 14	26	KIT COMPLETO, ESPECIFICO PARA O DIAGNOSTICO DE COVID-19, CONTEUDO, CASSETE, REAGENTE(SORO) INDIVIDUAL, FURADOR, COLETOR DE SANGUE E HIGIENIZADOR DO LOCAL DA PICADA, TESTE RÁPIDO ATRAVÉS DA METODOLOGIA DE IMUNOCROMATOGRAFIA, DESTINADO A DETECÇÃO QUALITATIVA ESPECIFICA DE IGG E IGM DO COVID-19, PODENDO SER UTILIZADO EM AMOSTRA DE SANGUE SORO OU PLASMA, PROCEDENTE DE COLETA VENOSA OU CAPILAR. SENSIBILIDADE ACIMA DE 86,4% E	APROVADO	APROVADO

EMPRESA - SAUDE IMPERIAL

Lote	Item	Descrição	AMOSTRA	OBS

Lote	Descrição	AMOSTRA	OBS
35	Cateter intravenoso nº14 em poluretano ou teflon, cânula (agulha) em aço inoxidável, silicizada, com bisel ultra afiada, canhão colorido, componente de união do tubo de agulha, promovendo comunicação com seu corpo, câmara que permite a confirmação da punção. Dispositivo de segurança que promove a proteção da agulha de modo passivo, sem a necessidade de ação do profissional, evitando assim qualquer tipo de contato do paciente ou profissional de saúde com agulha após a punção. Filtrohidrófobo facilita a punção, produto de uso único estéril.	APROVADO	APROVADO
36	Cateter intravenoso nº16 em poluretano ou teflon, cânula (agulha) em aço inoxidável, silicizada, com bisel ultra afiada, canhão colorido, componente de união do tubo de agulha, promovendo comunicação com seu corpo, câmara que permite a confirmação da punção. Dispositivo de segurança que promove a proteção da agulha de modo passivo, sem a necessidade de ação do profissional, evitando assim qualquer tipo de contato do paciente ou profissional de saúde com agulha após a punção.	APROVADO	APROVADO
37	Cateter intravenoso nº18 em poluretano ou teflon, cânula (agulha) em aço inoxidável, silicizada, com bisel ultra afiada, canhão colorido, componente de união do tubo de agulha, promovendo comunicação com seu corpo, câmara que permite a confirmação da punção. Dispositivo de segurança que promove a proteção da agulha de modo passivo, sem a necessidade de ação do profissional, evitando assim qualquer tipo de contato do paciente ou profissional de saúde com agulha após a punção.	APROVADO	APROVADO
38	Cateter intravenoso nº20 em poluretano ou teflon, cânula (agulha) em aço inoxidável, silicizada, com bisel ultra afiada, canhão colorido, componente de união do tubo de agulha, promovendo comunicação com seu corpo, câmara que permite a confirmação da punção. Dispositivo de segurança que promove a proteção da agulha de modo passivo, sem a necessidade de ação do profissional, evitando assim qualquer tipo de contato do paciente ou profissional de saúde com agulha após a punção.	APROVADO	APROVADO
39	Cateter intravenoso nº22 em poluretano ou teflon, cânula (agulha) em aço inoxidável, silicizada, com bisel ultra afiada, canhão colorido, componente de união do tubo de agulha, promovendo comunicação com seu corpo, câmara que permite a confirmação da punção. Dispositivo de segurança que promove a proteção da agulha de modo passivo, sem a necessidade de ação do profissional, evitando assim qualquer tipo de contato do paciente ou profissional de saúde com agulha após a punção.	APROVADO	APROVADO

LOTE 17

Lote	Descrição	AMOSTRA	OBS
40	Cateter intravenoso n°24 em poliuretano ou teflon, cânula (agulha) em aço inoxidável, silicônica, com bisele ultra afiada, canhão colorido, componente de união do tubo de agulha, promovendo comunicação com seu corpo, câmara que permite a confirmação da punção. Dispositivo de segurança que promove a proteção da agulha de modo passivo, sem a necessidade de ação do profissional, evitando assim qualquer tipo de contato do paciente ou profissional de saúde com agulha após a punção.	APROVADO	APROVADO

Ricardo Luiz Nazario

Diretor de Ações de Média e alta complexidade

EMPRESA - SAÚDE IMPERIAL

Lote	Item	Descrição	AMOSTRA
	1	Lençol adulto em tnt 30g 2,00 x 0,90 com elástico. Pacote com 10 unidades.	APROVADO
	2	Lençol cobrereleio em tnt 20g 2,00 x 0,90. Pacote com 10 unidades.	APROVADO
LOTE 1	3	Lençol cobre maca em tnt 20g2,00 x 0,90. Com elástico. Pacote com 10 unidades.	APROVADO
	4	Lençol de papel hospitalar (bobina) 50 x 50 100% celulose virgem.	APROVADO

EMPRESA - SAÚDE IMPERIAL

Lote	Item	Descrição	AMOSTRA
	5	Avental descartavel em tnt 30g manga longa com ribana de 4cm em malha no punho, pct c/ 10 unidades.	APROVADO

EMPRESA - TRADE MEDICAL

Lote	Item	Descrição	AMOSTRA
LOTE 3	6	Mascara N95 bico de pato. Apresentar relatório de ensaio de acordo com a NBR13698.	APROVADO

EMPRESA - ORTOMEDICAL

Lote	Item	Descrição	AMOSTRA
LOTE 4	7	Vestimenta de proteção modelo MACACÃO com capuz possuindo elástico frontal, confeccionada em tecidos sintéticos não tecido – TNT, polipropileno (SMS), com gramatura mínima de 60 gr/m2. Hidrorepelente, punhos em elásticos, com dispositivo adicional para fixação dos punhos ao polegar. Bainha com elástico para fixação aos tornozelos. Abertura frontal com velcro e elástico na cintura. Tamanhos P, M E G a ser solicitado pela Secretaria de Saúde deste município.	APROVADO

EMPRESA - ORTOMEDICAL

Lote	Item	Descrição	AMOSTRA
LOTE 7	13	KIT COMPLETO, ESPECIFICO PARA O DIAGNOSTICO DE COVID-19, CONTEUDO, CASSETE, REAGENTE(SORO) INDIVIDUAL, FURADOR, COLETOR DE SANGUE E HIGIENIZADOR DO LOCAL DA PICADA, TESTE RAPIDO ATRAVÉS DA METODOLOGIA DE IMUNOCROMATOGRAFIA, DESTINADO A DETECÇÃO QUALITATIVA ESPECIFICA DE IGG E IGM DO COVID-19, PODENDO SER UTILIZADO EM AMOSTRA DE SANGUE SORO OU PLASMA, PROCEDENTE DE COLETA VENOSA OU CAPILAR. SENSIBILIDADE ACIMA DE 86,4% E ESPECIFICIDADE ACIMA DE 99,5%. A EMBALAGEM DEVE CONTER NÚMERO DO REGISTRO, LOTE E VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO.	APROVADO

EMPRESA - SAÚDE IMPERIAL

Lote	Item	Descrição	AMOSTRA
	14	Lençol adulto em tnt 30g 2,00 x 0,90 com elástico. Pacote com 10 unidades.	APROVADO

Lote		Item	Descrição	AMOSTRA
LOTE 8	15	Lençol cobreliteio em tnt 20g 2,00 x 0,90. Pacote com 10 unidades.		APROVADO
	16	Lençol cobre maca em tnt 20g2,00 x 0,90. Com elástico. Pacote com 10 unidades.		APROVADO
	17	Lençolde papel hospitaliar (bobina) 50 x 50 100% celulose virgem.		APROVADO

EMPRESA - SAUDE IMPERIAL

Lote		Item	Descrição	AMOSTRA
LOTE 9	18	Avental descartavel em tnt 30g manga longa com ribana de 4cm em malha no punho, pct c/ 10 unidades.		APROVADO

EMPRESA - TRADE MEDICAL

Lote		Item	Descrição	AMOSTRA
LOTE 10	19	Mascara N95 bico de pato. Apresentar relatório de ensaio de acordo com a NBR13698		APROVADO

EMPRESA - ORTOMEDICAL

Lote		Item	Descrição	AMOSTRA
LOTE 11	20	Vestimenta de proteção modelo MACACÃO com capuz possuindo elástico frontal, confeccionada em tecidos sintéticos não tecido - TNT, polipropileno (SMS), com gramatura mínima de 60 gr/m2. Hidrorepelente, punhos em elásticos, com dispositivo adicional para fixação dos punhos ao polegar. Bainha com elástico para fixação aos tornozelos. Abertura frontal com velcro e elástico na cintura. Tamanhos P, M E G a ser solicitado pela Secretaria de Saude deste município.		APROVADO

EMPRESA - ORTOMEDICAL

Lote		Item	Descrição	AMOSTRA
LOTE 14	26	KIT COMPLETO, ESPECIFICO PARA O DIAGNOSTICO DE COVID-19, CONTENDO, CASSETE, REAGENTE(SORO) INDIVIDUAL, FURADOR, COLETOR DE SANGUE E HIGIENIZADOR DO LOCAL DA PICADA, TESTE RÁPIDO ATRAVÉS DA METODOLOGIA DE IMUNOCROMATOGRAFIA, DESTINADO A DETECÇÃO QUALITATIVA ESPECIFICA DE IGG E IGM DO COVID-19, PODENDO SER UTILIZADO EM AMOSTRA DE SANGUE SORO OU PLASMA, PROCEDENTE DE COLETA VENOSA OU CAPILAR. SENSIBILIDADE ACIMA DE 86,4% E ESPECIFICIDADE ACIMA DE 99,5%. A EMBALAGEM DEVE CONTER NUMERO DO REGISTRO, LOTE E VALIDADE MINIMA DE UM ANO.		APROVADO

EMPRESA - SAUDE IMPERIAL

Lote		Item	Descrição	AMOSTRA

Lote	Item	Descrição	AMOSTRA
	35	Cateter intravenoso n°14 em poliluretano ou teflon, cânula (agulha) em aço inoxidável, siliconizada, com bisei ultra afiada, canhão colorido, componente de união do tubo de agulha, promovendo comunicação com seu corpo, câmara que permite a confirmação da punção. Dispositivo de segurança que promove a proteção da agulha de modo passivo, sem a necessidade de ação do profissional, evitando assim qualquer tipo de contato do paciente ou profissional de saúde com agulha após a punção. Filtrohidrófobo facilita a punção, produto de uso único estéril, atóxico e epirrogênico. Esterilizado por oxido de etileno com validade de 5 anos apartir da data de fabricação.	APROVADO
	36	Cateter intravenoso n°16 em poliluretano ou teflon, cânula (agulha) em aço inoxidável, siliconizada, com bisei ultra afiada, canhão colorido, componente de união do tubo de agulha, promovendo comunicação com seu corpo, câmara que permite a confirmação da punção. Dispositivo de segurança que promove a proteção da agulha de modo passivo, sem a necessidade de ação do profissional, evitando assim qualquer tipo de contato do paciente ou profissional de saúde com agulha após a punção. Filtrohidrófobo facilita a punção, produto de uso único estéril, atóxico e epirrogênico. Esterilizado por oxido de etileno com validade de 5 anos apartir da data de fabricação.	APROVADO
LOTE 17	37	Cateter intravenoso n°18 em poliluretano ou teflon, cânula (agulha) em aço inoxidável, siliconizada, com bisei ultra afiada, canhão colorido, componente de união do tubo de agulha, promovendo comunicação com seu corpo, câmara que permite a confirmação da punção. Dispositivo de segurança que promove a proteção da agulha de modo passivo, sem a necessidade de ação do profissional, evitando assim qualquer tipo de contato do paciente ou profissional de saúde com agulha após a punção. Filtrohidrófobo facilita a punção, produto de uso único estéril, atóxico e epirrogênico. Esterilizado por oxido de etileno com validade de 5 anos apartir da data de fabricação.	APROVADO
	38	Cateter intravenoso n°20 em poliluretano ou teflon, cânula (agulha) em aço inoxidável, siliconizada, com bisei ultra afiada, canhão colorido, componente de união do tubo de agulha, promovendo comunicação com seu corpo, câmara que permite a confirmação da punção. Dispositivo de segurança que promove a proteção da agulha de modo passivo, sem a necessidade de ação do profissional, evitando assim qualquer tipo de contato do paciente ou profissional de saúde com agulha após a punção. Filtrohidrófobo facilita a punção, produto de uso único estéril, atóxico e epirrogênico. Esterilizado por oxido de etileno com validade de 5 anos apartir da data de fabricação.	APROVADO
	39	Cateter intravenoso n°22 em poliluretano ou teflon, cânula (agulha) em aço inoxidável, siliconizada, com bisei ultra afiada, canhão colorido, componente de união do tubo de agulha, promovendo comunicação com seu corpo, câmara que permite a confirmação da punção. Dispositivo de segurança que promove a proteção da agulha de modo passivo, sem a necessidade de ação do profissional, evitando assim qualquer tipo de contato do paciente ou profissional de saúde com agulha após a punção. Filtrohidrófobo facilita a punção, produto de uso único estéril, atóxico e epirrogênico. Esterilizado por oxido de etileno com validade de 5 anos apartir da data de fabricação.	APROVADO

Lote	Item	Descrição			AMOSTRA
	40	<p>Cateter intravenoso n°24 em poluretano ou teflon, cânula (agulha) em aço inoxidável, siliconizada, com bisel ultra afiada, canhão colorido, componente de união do tubo de agulha, promovendo comunicação com seu corpo, câmara que permite a confirmação da punção. Dispositivo de segurança que promove a proteção da agulha de modo passivo, sem a necessidade de ação do profissional, evitando assim qualquer tipo de contato do paciente ou profissional de saúde com agulha após a punção. Filtrohidrófobo facilita a punção, produto de uso único estéril, atóxico e epigênico. Esterilizado por oxido de etileno com validade de 5 anos apartir da data de fabricação.</p>			<p>APPROVADO</p>

Ricardo Luiz Nazario

Diretor de Ações de Média e alta complexidade