



**PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº  
17/2021  
PROCESSO Nº 17/2021.**

**OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ITENS PARA TESTE DE GLICEMIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC**

**Avaliações das Amostras**

ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	EMPRESA VENCEDORA	SITUAÇÃO	CONVOCAÇÃO DA EMPRESA PRÓXIMA COLOCADA EM 2º LUGAR
01	Lanceta automática descartável conforme NR32, agulha em aço inox para obtenção de sangue capilar, retrátil, estéril, com agulha siliconizada, ponta trifacetada, com diâmetro de 28G ou 30G, disparada através de contato (sem botão de acionamento), com dispositivo de segurança, que impeça o reuso e provida de lacre, com profundidade de penetração de até 1,4mm. Embalagem contendo dados de identificação do produto, número de lote, tipo de esterilização, data de fabricação/ validade e registro no ms/ANVISA. Caixa com 100 unidades. Apresentar junto a proposta prospecto. O vencedor deverá apresentar amostra conforme o edital.	TRADE	APROVADA	X
02	Seringa de insulina com agulha fixa 8 x 0,3. Tamanho 100u.i. Fabricada em polímero plástico inerte, ou seja, não reage com a insulina; bisel trifacetado reduz ao mínimo a dor e o incômodo causados no paciente, eliminando a necessidade de uma anestesia tópica antes da injeção: embalada individualmente, atóxica, apirogênica, descartável, uso único estéril - esterilizada por óxido de etileno, subdividida de uma em uma unidade insulínica, corpo	LA DALLA	REPROVADA	TRADE



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

	transparente; permite a perfeita visualização do nível de medicamento, além de facilitar detecção de possíveis impurezas: movimento suave do êmbolo, a lubrificação com silicone de alta qualidade reduz a pressão exigida durante a aplicação da injeção, tornando-a muito mais confortável. Deve apresentar registro no MS/ANVISA. Apresentar junto a proposta prospecto. O vencedor deverá apresentar amostra conforme o edital.			
03	<p>Tiras teste/fita reagente para dosagem de glicemia de sangue capilar em neonatos, crianças, adultos e gestantes, por metodologia de aspiração capilar, faixa de leitura entre 10 (com possível variação de 10mg/dl a maior ou menor) a 600 mg/dl, para uso em glicosímetro fotométrico ou amperométrico. Resultado de exame em até 10 segundos, volume máximo de amostra de sangue de 0,5 microlitros. Capacidade de transferência dos dados para software de gerenciamento de dados glicêmicos. Caixa com 50 unidades. Devendo a empresa fornecer em comodato, um monitor/glicosímetro por paciente/ano, com a quantidade máxima de 1.200 aparelhos, independente da aquisição de qualquer quantidade de tira/fita. Apresentar registro do MS. A título de informação atualmente há em torno de 200 pacientes que utilizam as fitas/tiras. Apresentar junto a proposta prospecto. O vencedor deverá apresentar amostra conforme o edital.</p> <p><b>Observações: Se necessário deve a empresa possuir um técnico(enfermeiro etc) qualificado para fornecer treinamento acerca do funcionamento e utilização aos funcionários no Município.</b></p>	TRADE	APROVADA	X
04	Lanceta automática descartável	TRADE	APROVADA	X



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

	<p>conforme NR32, agulha em aço inox para obtenção de sangue capilar, retrátil, estéril, com agulha siliconizada, ponta trifacetada, com diâmetro de 28G ou 30G, disparada através de contato (sem botão de acionamento), com dispositivo de segurança, que impeça o reuso e provida de lacre, com profundidade de penetração de até 1,4mm. Embalagem contendo dados de identificação do produto, número de lote, tipo de esterilização, data de fabricação/ validade e registro no ms/ANVISA. Caixa com 100 unidades. Apresentar junto a proposta prospecto. O vencedor deverá apresentar amostra conforme o edital.</p>			
05	<p>Seringa de insulina com agulha fixa 8 x 0,3. Tamanho 100u.i. Fabricada em polímero plástico inerte, ou seja, não reage com a insulina; bisel trifacetado reduz ao mínimo a dor e o incômodo causados no paciente, eliminando a necessidade de uma anestesia tópica antes da injeção: embalada individualmente, atóxica, apirogênica, descartável, uso único estéril - esterilizada por óxido de etileno, subdividida de uma em uma unidade insulínica, corpo transparente; permite a perfeita visualização do nível de medicamento, além de facilitar detecção de possíveis impurezas: movimento suave do êmbolo, a lubrificação com silicone de alta qualidade reduz a pressão exigida durante a aplicação da injeção, tornando-a muito mais confortável. Deve apresentar registro no MS/ANVISA. Apresentar junto a proposta prospecto. O vencedor deverá apresentar amostra conforme o edital.</p>	<b>LA DALLA</b>	<b>REPROVADA</b>	<b>TRADE</b>
06	<p>Tiras teste/fita reagente para dosagem de glicemia de sangue capilar em neonatos, crianças, adultos e gestantes, por metodologia de aspiração capilar, faixa de leitura entre 10 (com</p>	<b>TRADE</b>	<b>APROVADA</b>	<b>X</b>



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

<p>possível variação de 10mg/dl a maior ou menor) a 600 mg/dl, para uso em glicosímetro fotométrico ou amperométrico. Resultado de exame em até 10 segundos, volume máximo de amostra de sangue de 0,5 microlitros. Capacidade de transferência dos dados para software de gerenciamento de dados glicêmicos. Caixa com 50 unidades. Devendo a empresa fornecer em comodato, um monitor/glicosímetro por paciente/ano, com a quantidade máxima de 1.200 aparelhos, independente da aquisição de qualquer quantidade de tira/fita. Apresentar registro do MS. A título de informação atualmente há em torno de 200 pacientes que utilizam as fitas/tiras. Apresentar junto a proposta prospecto. O vencedor deverá apresentar amostra conforme o edital.</p> <p>Observações: Se necessário deve a empresa possuir um técnico(enfermeiro etc) qualificado para fornecer treinamento acerca do funcionamento e utilização aos funcionários no Município.</p>			
---	--	--	--

Diante das avaliações das amostras apresentadas acima, tendo em vista novamente a reprovação de algumas amostras, convoca-se a 2ª colocada supramencionada na respectiva coluna para que apresente as amostras conforme previsão do Edital.

Sem mais,

Governador Celso Ramos/SC, 08 de Abril de 2021

**Mariana de Souza Fernandes**  
**Pregoeira**